

# 电子化政府采购 公开招标文件

(不见面开标)

项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购B包

项目编号：赣兴采 2026DZH007 号

江西金兴正招标代理有限公司 编制

日期：二〇二六年三月



目录

<b>第一章 招标公告</b> .....	<b>3</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>5</b>
一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准） .....	5
二、说明.....	5
三、招标文件.....	6
四、投标文件.....	6
五、投标文件递交.....	7
六、开标、评标、定标.....	8
七、质疑、投诉及其他.....	9
<b>第三章 采购需求</b> .....	<b>10</b>
一、采购需求及技术要求.....	10
二、商务要求.....	17
<b>第四章 合同文本</b> .....	<b>18</b>
1、术语释义.....	18
2、合同正文.....	18
3、附则.....	19
<b>第五章 附件</b> .....	<b>20</b>
附件一：评分细则.....	20
附件二：相关法规.....	20
1、废标条款.....	20
2、无效投标条款.....	20
3、异常低价审查.....	21
4、投标人的家数计算.....	21
5、报价修正.....	21
附件三：投标文件格式.....	21
1、投标书.....	24
2、开标一览表.....	25
3、分项报价表.....	25
4、项目报价一览明细.....	25
5、技术条款偏离表.....	25
6、商务条款偏离表.....	26
7、评分细则响应表.....	26
8、投标人关于资格的声明函.....	27
9、资格证明文件.....	27
10、法定代表人授权书.....	32
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	32



## 第一章 招标公告

## 江西省泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购B包【赣兴采 2026DZH007 号】电子化公开招标公告（不见面开标）

## 项目概况

泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购B包招标项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网获取招标文件，并于 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：赣兴采 2026DZH007 号；

2、项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购B包

4、采购需求

1) 采购信息

标段号	采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算(元)	最高限价(元)
B包	吉购 2026F000208364	泰和县妇幼保健院能力提升 项目医疗设备采购B包	1	批	952000	941800

2) 合同签订后 30 日内安装验收合格后交付采购人使用。

5、合同履行期限：1 年。

6、采购项目属性：货物类，采购标的物，依据工信部联企业（2011）300 号企业划型标准所属行业：工业；

7、本项目是否接受联合体投标： 是  否

## 二、投标人资格要求：

1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目； 是  否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19 号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68 号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141 号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格 10% 扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3) 本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例。

4) 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的, 投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书;

3、本项目的特定资格要求:

1) 投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章;

2) 医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证, 提供复印件, 或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图(复印件或扫描件的, 须加盖投标人公章)。

3) 如果投标人代表不是法人代表, 须有法定代表人授权书。

三、获取招标文件

1、时间: 从发布公告之日起至 2026 年 4 月 28 日 17 点 00 分止(北京时间, 下同)

2、地点: 江西省公共资源交易网“政府采购栏目”

3、方式: 免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间: 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

2、地点: 吉安市公共资源交易中心

五、公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”系统开标, 各投标人不需要到开标现场出席开标会, 各投标人可通过登陆“不见面开标”系统观看本项目开标现场视频。具体详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册(政府采购)》(网址: <https://www.jxsggzy.cn>)。

2、投标人必须要有一个人在项目开、评标期间保持在线状态, 并随时通过“不见面开标”系统主持人与投标人互动解密和询标答疑等(含异议提问、询标和答疑等), 时限为 20 分钟内完成并上传到系统生效(如: 答疑澄清或答复均应以书面形式加盖公章), 逾期系统自动关闭, 将视为投标人不予答疑澄清。如对不见面开标和投标文件制作有疑问的, 请联系江西新点客服: 0512-58188507。

3、本项目是否采购国内产品:  是  否; 不允许提供进口产品参与采购活动;

本项目是否允许采购进口产品:  是  否; 符合条件的国内产品可以参与采购活动;

4、本项目是否采用远程异地评标:  是  否

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

1) 名称: 泰和县妇幼保健院

2) 地址: 泰和县经三路 38 号

3) 项目联系人: 杨先生/女士, 联系电话: 0796-5329218

2、采购代理机构信息

1) 名称: 江西金兴正招标代理有限公司;

2) 地址：吉安市吉州大道 8 号

3) 联系人：曾先生/女士；联系方式：17707967982；邮箱：3487169711@qq.com

2026 年 4 月 17 日

## 第二章 投标人须知

## 一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准）

序号	条款名称	编列内容
1	投标时间地址	1) 投标文件递交截止/开标时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分 2) 投标地址：吉安市公共资源交易中心
2	信息发布网址	江西省公共资源交易网发布招标公告和招标文件，同时在江西省政府采购网发布。
3	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天
4	踏勘现场	自行踏勘（费用自理）
5	投标保证金和履约保证金	1) 投标保证金：依据吉财购[2022]13 号文件，本项目无需缴纳投标保证金； 2) 履约保证金：按中标合同金额的 5%（可以支票，或汇票，或本票，或保函等非现金形式）提交。
6	招标文件澄清和修改	招标文件的澄清和修改在信息发布网址上发布，投标人有义务定期登录并关注更正和变更公告信息，并发布的信息视为告知潜在投标人，并具有约束力。
7	质疑与答疑	1) 质疑：投标人对招标文件有异议的，在公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，质疑函应当以书面形式并按照“谁主张、谁举证”的原则提出质疑。质疑函送达或符合法定要求的邮寄采购代理机构（不接受传真、电子邮件）。质疑函应当符合规定要求和格式，否则，不予受理。 2) 答疑：采购代理机构将在收到质疑函之日起 7 个工作日内以电子邮件回复给质疑人，或在指定媒体上发布答复，并具有约束力。
8	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许； <input type="checkbox"/> 允许；
9	核心产品	核心产品品目：B包：激光治疗仪、生物刺激反馈仪、LEEP刀；
10	投标家数计算	参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；
11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许：主体和非主体、非关键性工作分包； <input type="checkbox"/> 允许
12	投标文件编制	依据招标文件要求和投标文件格式编制电子投标文件（详见电子化格式和投标文件格式），须上传到规定的网上，中标人在领取中标通知书时递交电子投标文件纸质文件一正三副。
13	评标委员会与评标方法	从江西省专家库中随机抽取法定专家人数和采购人代表组成评标委员会，并授权评标委员会确定名中标候选人 3 名，并按照排序授权确定 1 名中标人。综合评分法。
14	业务咨询	1) 采购人：泰和县妇幼保健院（泰和县经三路 38 号），联系电话：0796-5329218 2) 采购代理机构：江西金兴正招标代理有限公司，地址：吉安市吉州大道 8 号，联系人：曾先生/女士，电话：17707967982，邮箱：3487169711@qq.com
15	代理服务费	<b>代理服务费：</b> 中标人应在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳代理服务费（代理服务费依照赣招协字[2021]107 号文，《江西省招标代理服务收费指导价》计收）1.41 万（税前）。
16	解释权：	本招标文件是根据政府采购法律、法规规定编制，解释权属本采购代理机构。

## 二、说明

## 1、适用范围说明

1.1 本招标文件仅适用于泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购B包。

1.2 本次招标适用的主要法律法规为《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

## 2、术语释义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的泰和县妇幼保健院。

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的江西金兴正招标代理有限公司。

2.3 “招标文件”是指项目公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清。

2.4 “投标人”是指响应招标文件并递交了投标文件的法人或者其他组织、自然人。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。其中包括：投标人须承担运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3、投标人的资格条件：详见“招标公告”。

## 4、投标费用

1) 投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2) 本项目向中标人收取代理服务费。中标人领取中标通知时向采购代理机构交纳项目的代理服务费（金额详见投标人须知前附表）。

5、投标人代表：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

## 三、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 要求提供的服务招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况（请自行踏勘），投标人被视为熟悉上述与履行合同有关一切情况。

### 7、招标文件的澄清

7.1 询问：投标人对招标文件提出询问的，应在开标截止时间三日前提出书面询问或发邮到：3487169711@qq.com（书面询问必须要有投标人的公司章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问等。否则，不予回复）。

7.2 答询：采购代理机构将在收到询问函后3个工作日内以电子邮件回复给询问人，或在指定媒体上发布答复，并视为本招标文件的组成部分。

7.3 通知：开标截止时间三日前（特殊情况除外），在指定媒体发布通知。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动地对招标文件进行修改。若不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间并具有法律效力。

8.2 投标人有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，采购代理机构在信息指定媒体网址发布更正公告和变更公告将视为告知潜在投标人并具有约束力。

## 四、投标文件

### 9、提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按要求提供投标文件和必要的资料。

9.2 对照招标文件要求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的技术和商务要求做出详细响应，或申明与技术和商务要求的偏差。招标文件中的技术参数和商务要求是最低限度的要求，响应文件须达到或优于招标文件的要求。

9.3 采购人根据实际情况，有权对服务实际需求调整数量的权利。

9.4 规范或标准：文件所使用技术规范或标准，采用国家或行业技术规范或标准。

9.5 计量单位：投标文件使用计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

## 10、投标文件构成（包括以下内容，但不限于）

- 1) 开标一览表；
- 2) 开标一览表明细；
- 3) 分项报价表；
- 4) 技术商务响应/偏离表；
- 5) 资格证明文件；
- 6) 评分细则响应表；
- 7) 投标服务技术文件；
- 8) 政策功能优惠证明材料；

## 11、投标报价

11.1 投标人要按开标一览表和明细表的内容填写，招标文件要求报总价的必须有单价、总价（报价构成请按子目提供详细分项报价），或要求单价报价的只报单价，或百分数。

11.2 投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

12、**投标有效期**：投标有效期自开标日起，详见“前附表”规定。

13、**投标文件的编写**：本项目实行电子化交易。电子投标文件统一采用（江西省政府采购网或江西省公共资源交易网）网络的形式。对投标文件编写等有技术疑问，请致电新点客服：0512-58188507

## 五、投标文件递交

### 14、投标文件的上传：

14.1 电子投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台。

14.2 中标人在领取中标通知书时须交电子投标文件相同的纸质版投标文件，一式四份。

14.3 电子版投标文件与纸质版投标文件有不一致的，以电子版投标文件为准。

### 15、投标截止时间

15.1 投标文件必须在“前附表”规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台和上线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，不能进行后续程序。

15.2 采购代理机构推迟投标文件递交截止时间的，在指定网站上通知投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16、迟交投标文件：投标文件递交截止时间以后上传的，系统将拒绝接收。

### 17、投标文件的修改和撤回

17.1 在投标文件递交截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

17.2 从投标文件递交截止期至投标有效期期满时间段内，投标人不得撤回其投标。

17.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

### 18、投标保证金和履约保证金

18.1 投标保证金和履约保证金：缴纳方式和金额，详见“前附表”

18.2 任何未按规定缴纳投标保证金将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

18.3 中标人应在法定合同签署时间内，合同签署前交纳履约保证金；

18.4 未中标人的投标保证金，中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。  
中标人的投标保证金在合同签订后，招标人2个工作日内到公共资源交易中心办理保证金退转手续，予以退还，不计利息。

18.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

- 1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；
- 2) 中标人未按规定签订合同的；
- 3) 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标的。

18.6 逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.7 履约保证金在项目验收合格之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

18.8 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收。

- 1) 变更，背离合同约定内容的；
- 2) 向他人转让中标项目，或违反项目分包约定进行肢解分包的；

## 六、开标、评标、定标

### 19、开标

19.1 招标文件“前附表”规定的时间、地点主持公开开标；

19.2 开标时各投标人应按照“不见面开标”要求对投标文件解密、主持人与投标人互动(含异议提问、询标和答询等)(因自身原因造成投标文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由投标人自行承担)。

19.3 开标时，采购代理机构将展示投标人名称、投标价格、修改或撤回投标的通知、投标声明以及采购代理机构认为合适的其他内容。

19.4 评标结束后，按照“不见面开标”程序宣布评审结果，即：投标人的得分和排序。

### 20、投标文件初审

20.1 投标文件的初审分：

1) 资格审查。采购人（或者采购代理机构）依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定资格要求的为不具备投标资格。

2) 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查,以确定是否对招标文件的要求做出响应。

20.2 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范的进行修改,但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

20.3 评标委员会决定投标响应,只根据投标本身真实无误的内容,而不依据外部的证据,但投标有不真实不正确内容除外。

**21、投标的澄清:**在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,咨询澄清或答复均应以书面形式(加盖公章)并在规定时间内上传到指系统生效。时限为 20 分钟内,逾期系统自动关闭,将视为投标人不予咨询澄清。

## 22、评标委员会和评标

22.1 采购人依法组建评标委员会,评标由评标委员会负责。

22.2 评标委员会将按照评标办法和评审标准,对投标文件进行评审。

22.3 评标委员会对评议过程和结果不作解释。

## 23、推荐中标候选人

23.1 评标委员会依据评标办法按评审得分由高到低顺序排列,推荐 3 名中标候选人,并按照排序授权确定 1 名中标人。

23.2 采购人依法确定中标人,采购代理机构将在指定的网站上发布公示,公示期为 1 个工作日。

## 24、中标通知书

24.1 预中标公示期满后,采购代理机构将向中标企业发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

24.2 中标通知书发出后,采购代理机构将不通知未中标的投标人。

## 25、签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 七、质疑、投诉及其他

### 26、质疑与答疑

#### 26.1 质疑

1) 潜在投标人依法获取招标文件的,或是参与本项目采购活动的,可以提出质疑。

2) 对招标文件和成交结果提出质疑的,为各采购程序环节期限届满之日起 7 个工作日内;并在法定质疑期内一次性提出质疑事项。

3) 质疑函应当包括下列内容(格式参照“中国政府采购网”下载专区《政府采购供应商质疑函范本》和按《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条之规定):

(1) 质疑人的法定代表人章印、主要负责人,或者其授权代表签字或者章印,并加盖质疑人单位公章,送达日期,送达人及身份证,联系电话和邮箱等;被质疑人的名称等;

(2) 具体的质疑事项、事实和法律依据以及相关证明材料(按照“谁主张、谁举证”

的原则，若无举证证明的视为无效质疑）；

(3) 提起质疑请求；

26.2 答疑：采购代理机构自收到书面质疑后七个工作日内以书面形式答复质疑企业，但答复内容不涉及商业秘密。若调查论证产生费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用，费用在投标保证金中扣除。

27、投诉：质疑企业对采购代理机构的答疑不满意，或采购代理机构未在法定时间内做出答复的，可以在答疑期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、若预中标排序在前的，出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新组织采购。

29、意外处置：开评标时，若遇电子评标系统出现故障（系统或网络故障）导致电子开评标无法继续的，系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共资源交易网、吉安市公共资源交易网发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。

30、解释权：本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

### 第三章 采购需求

#### 一、采购需求及技术要求

B包：

品名1：激光治疗仪

1、数量：1台

2、技术参数及要求

1) 激光类型封离型二氧化碳激光器；

2)  $10.6\mu\text{m}\pm 0.1\mu\text{m}$ ；

3) 激光模式：高阶模；

4) 激光器工作方式：连续输出；

5) 治疗方式：脉冲式、单次定时、重复定时、分束式、连续式；

6) 单次照射：1-999ms 可调，允差 $\pm 20\%$ ；

7) 重复照射：1-999ms 可调 允差 $\pm 20\%$ ；

8) 脉冲：频率 333 Hz -1000Hz；

9) 脉冲：脉宽 0.1ms-0.5ms；

10) 分束：10mm；

11) 功率 1-50W 误差， $\pm 20\%$ ；

12) 能量：810mJ-9720mJ，允差 $\pm 20\%$ ；

13) 工作模式：单次、连续等模式；



14) 导光系统: 7 关节非重锤式导光关节臂, 操作全方位无死角, 导光臂在其自由度 360 范围内应无死角, 无碰触导光臂内壁的现象;

15) 激光防护眼镜: 防护镜对治疗激光波长的光密度应不小于 4; 可见光透射比应不小于 65%;

16) 切割深度  $9\ \mu\text{m}$ - $350\ \mu\text{m}$  并可调;

17) 最大激光功率  $50\text{W}\pm 20\%$ ;

18) 光学技术: DOE 技术;

19) 光学材质: 晶体锗;

20) 光学镜片工艺: 刻蚀工艺;

21) 光学镜片镀膜方法: 真空离子镀;

22) 适配切割手具、分束聚焦手具, 光斑直径  $0.3\text{mm}$ - $0.8\text{mm}$ ;

23) 具备  $90^\circ$  和  $120^\circ$  治疗手具, 满足不同角度治疗需求;

24) 具备射频识别功能;

25) 软件: 自定义软件模块;

26) 二氧化碳激光治疗机专用防冻液。无色透明, 防腐防堵,  $-30^\circ$  不结冰;

27) 适配一次性使用无菌阴道扩张器;

28) 可适配腹腔镜手具;

29) 具备腹腔镜转换器;

30) 镜头角度  $30^\circ$ ,  $0^\circ$ ,  $120^\circ$ ;

31) 腔镜手具直径  $\leq 6\text{mm}$ ;

32) 镜头尺寸  $\leq 8\text{mm}$ ;

33) 冷却系统: 水冷、风冷双重制冷, 保证设备持续待机;

34) 光学镜片安全无毒;

35)  $10.4$  寸彩色大尺寸触摸屏。

36) 具备阴道治疗参数对应的深度数据,  $\geq 4$  组;

37) 操作系统及特有功能:  $\geq 8$  寸彩色液晶屏触摸界面. 显示屏具备前翻, 后翻均  $\geq 10^\circ$  可调节范围, 方便操作人员在不同角度的操作。

38) 聚焦模式: 单次、叠射, 叠射: 1-5 次

### 3、配置清单

1) 二氧化碳激光器主机系统

2) 导光臂

3) 脚踏开关

4) 阴道金属牵开器 6 个

5) 反射镜片 2 个

6) 切割手具 2 个

7) 外阴定位器

8) 专人专用套筒 (1 类) 100 个

9) 专人专用套筒 (2 类) 2 个

品名 2: 生物刺激反馈仪

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 一体化设计, 主机内置于工作站推车机箱内, 具有抗电磁干扰。

2)  $\geq 3$  个独立电刺激通道, 三个独立肌电反馈通道、一个内置压力反馈通道、一个远距离调节电流通道。

3) 肌电信号测量范围上限  $\geq 2800 \mu V$ , 差模输入阻抗  $\geq 8 M\Omega$ 。

4) 刺激频率范围下限  $\leq 1Hz$ , 上限  $\geq 800Hz$ ; 刺激脉宽范围下限  $\geq 50 \mu s$ , 上限  $\leq 1000 \mu s$ , 可输出单相波、双相波和交替波三种基准脉冲波形。

5) 支持压力气囊, 压力测量范围上限  $\leq 160mmHg$ 。

6) 使用物理旋钮调节电流强度, 每个通道均设置各自的独立旋钮控制, 可实现多通道不同强度刺激。

7) 具有肌电和压力两种评估方式, 压力气囊自动充气, 评估全程语音模板提示。

8) 预设多种肌肉功能评估方案, 包括盆底肌肉评估、腰背肌肉评估和外周肌肉评估等, 支持多媒体动画形式评估。

9) 配置同品牌独立注册的手持式家用盆底设备, 通过手机 APP 操作, 患者可便携居家进行治疗。支持远程查看和修改手持式盆底康复设备上的盆底治疗方案和治疗计划。

10) 评估报告对各评估指标打分, 计算总得分, 并具有反映腹肌异常收缩程度的指标, 支持雷达图显示得分。

11) 盆底肌肉评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告, 频域报告指标至少包括平均功率频率和中值频率。

12) 具有四通道肌电采集, 可对盆底肌、腹肌、臀肌及内收肌进行同时监测, 并计算异常收缩的指标。

13) 可根据患者评估结果自动生成个性化疗程方案, 支持对方案参数自定义。

14) 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练, 并可自行导入音乐和多媒体动画。

15) 具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案。

16) 肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式, 并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式。

17) 经皮神经电刺激至少包括连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激和时序刺激模式。

18) 可根据评估结果自动生成个性化磁电联合方案, 并支持与同品牌的盆底磁设备之间数据共享。

19) kegel 训练过程中，允许同时进行电刺激治疗，支持双人同时治疗。

20) 治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。

21) 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈。

22) 支持将设备的训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至手持式盆底生物刺激反馈类设备。并支持医护人员远距离查看该手持式设备的治疗数据。

23) 配置信息综合管理系统，具有网页端和 APP 端两个平台，可实现治疗预约、设备管理、患者宣教和家庭训练监督等功能。

24) 数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示。

25) 具有预约管理、医联体管理，支持家庭训练和治疗管理等功能；具有除肌电信息筛查功能。

26) 适用范围至少包括肌肉功能障碍、催乳、子宫复旧。

27) 结构组成包括线控和脚踏开关。

### 3、配置清单

#### 1) 主机

2) 生物刺激反馈仪工作站台车

3) 脚踏开关

4) 打印机

品名 3: LEEP 刀

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 整机安全性:

(1) 患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态  $\leq 0.01\text{mA}$ ，单一故障状态下  $\leq 0.05\text{mA}$ ;

(2) 具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果;

(3) 安全标准: CF 型，带除颤保护，I 类输出，符合国标 GB9706.1-2007 和专标 9706.4-2009 安全标准。

(4) 通过 EMC 电磁兼容认证。

2) 技术要求:

(1) 工作模式:

a、三种电切模式: 纯切、混切 1、混切 2;

b、两种电凝模式: 柔凝/凝切、强凝;

c、两种双极模式: 精细双极、标准双极;

(2) 工作频率：两种工作频率：电切模式频率为 330kHz,电凝模式频率为 430KHz；；

(3) 具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；

(4) 中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险；

(5) 误操作报警功能，设备在运行中出现故障能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）；

### 3) 功能要求

(1) 功率设置高亮 LED 数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒；

(2) 工作音量可调节；

(3) 柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为 LEEP 手术设计；

(4) 具有两种启动方式：手控和脚控；

(5) 可掉电保存当前使用模式及使用功率；

(6) 具有自动电压调节功能；

(7) 采用数字化电路设计，微电脑控制程序；

4) LEEP 主机和吸烟器与台车一体化机集成设计，方便临床使用。

5) 输出功率：整机输出功率为 0~200W，且功率调节精细，1W 可调；

### 3、配套设施

1) 配绝缘专用手术台车；

2) LEEP 刀主机和 LEEP 手术吸烟器均为原装配套

3) 多种类型的手术电极；

4) 手术烟雾净化吸烟器

(1) 具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除 $\geq 99.99\%$ 的颗粒物；

(2) 吸烟流量： $\geq 80\text{L}/\text{min}$ ，流量输出 0~100 级连续可调。

5) 工作噪声： $\leq 40\text{ db}(\text{a})$ ；

6) 采用负压吸烟方式，最大真空度： $\geq 14\text{KPa}$ ；

7) 吸烟器操作方式具有与 LEEP 刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调；

8) 吸烟器电磁感应方式与 LEEP 主机联控，LED 显示延时关闭时间，0~50 秒可调；

9) 可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器；

品名 4：熏蒸仪

1、数量：1 台

2、技术参数及要求

1) 工作原理：采用中药汽化装置，通过数字智能化控制恒温/电脑控温，使中药药液产

生中药蒸汽。患者在熏蒸治疗时，能通过蒸汽热敷使毛孔张开、毛细血管网开放，药物离子通过对患病部位和经络病变区进行有效渗透，使药力直达病灶。

2) 技术参数

- (1) 双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。
- (2) 额定输入功率：2300W。
- (3) 操作显示：7英寸液晶触摸屏。
- (4) 外形尺寸（长宽高）：780×640×1250mm。
- (5) 操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。
- (6) 预加热时间：≤15min。
- (7) 功率调节：≥6档。
- (8) 喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。
- (9) 治疗时间：1~99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
- (10) 预热温度：70~99℃可调。
- (11) 三通道散热系统。
- (12) 加液总容量：6L。
- (13) 自动控制废液排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。
- (14) 具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）。
- (15) 在熏蒸过程中防止烫伤。
- (16) 加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。
- (17) 泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压档），第二路120kPa安全阀保护。
- (18) 吸水装置设计，防止喷头滴水。
- (19) 配有专门的蒸汽凝结水回收盒。
- (20) 具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。
- (21) 具有双重超温保护功能。
- (22) 采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

3、适用范围：适用于局部熏蒸。

品名5：医用妇科臭氧治疗仪

1、数量：2台

2、技术参数及要求

- 1) 电源要求：~220V/50Hz，输入功率：≤1500VA；
- 2) 液晶显示：≥10.1英寸触摸屏，治疗参数实时显示；
- 3) 臭氧气浓度：≥80mg/m<sup>3</sup>；即时高浓度的臭氧气体、臭氧水、臭氧雾；
- 4) 臭氧气流量：0.5L/min~3L/min；
- 5) 臭氧水浓度：0.1mg/L~15mg/L；能够直接使用自来水或者纯净水制备臭氧液治疗；
- 6) 臭氧水流量：0.6L/min~3L/min；臭氧水冲洗时具有水压调节功能；

- 7) 出水压力: 0.01MPa~0.04MPa;
- 8) 治疗仪正常工作时噪声应 $\leq 60\text{dB (A)}$ ;
- 9) 臭氧气体泄漏: 治疗仪的臭氧气体泄漏应 $\leq 0.16\text{mg/m}^3$ ;
- 10) 定时: 范围为 1~99min, 定时误差为 $\leq \pm 6\%$ ;
- 11) 冲洗液加热范围:  $19^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ , 温度误差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 12) 超温保护: 当冲洗液温度超过  $45^{\circ}\text{C}$  时加热和冲洗都不能工作, 并报警提示, 超温误差 $\pm 10\%$ ;
- 13) 超声雾化工作频率:  $(1.7 \pm 10\%) \text{MHz}$ ;
- 14) 雾化率:  $\geq 10\text{mL/h}$ ;
- 15) 连续运行时间:  $\geq 8\text{h}$ ;
- 16) 具有臭氧水、臭氧气和臭氧气雾治疗模式可选择, 达到冲洗和治疗的作用, 冲洗配有脚踏开关, 可以脚踩出水, 既踩既停。
- 17) 有水箱缺水和超温提示灯, 以及冲洗和臭氧制液、工作指示灯, 方便临床观察。
- 18) 主机在阴道内冲洗干净后, 可用治疗头对外阴做 1 分钟左右的冲洗消毒;
- 19) 水箱水温达到  $30^{\circ}\text{C}$  机器才可以进行冲洗操作, 水箱缺水后机器报警, 屏幕显示缺水标志, 机器自动加水。

品名 6: 治疗车

1、数量: 10 台

2、技术参数及要求

- 1) 外形规格: 710\*460\*930mm 含护栏
- 2) 车身主要由 ABS 工程塑料磨具注塑拼装结构组成
- 3) ABS 注塑模具成型工艺台面, 易清洗
- 4) 四柱轴承, 两层 ABS 台面组合而成
- 5) 立柱分别为 ABS 立柱
- 6) 车体配有两个抽屉, ABS 三面护栏带推手
- 7) 豪华静音轮四只, (两只带刹车, 两只不带刹车) 防缠绕, 防静电。

品名 7: 陪护椅

1、数量: 10 台

2、技术参数及要求

- 1) 陪护椅六大特点: 加厚管材; 一椅多用; 强力称重; 移动滑轮; 折叠收纳; 柔软坐垫
- 2) 陪护椅要求
  - (1) 三种模式可切换
  - (2) 加固支撑点和座面加固不锈钢管
  - (3) 头枕设计高度适当
  - (4) 扶手采用优质 ABS 材质, 使手臂有足够休息的空间, 防滑

(5) 不滑动不晃动，稳固后轮，后轮平稳不滑动，抬起轻松移动，万向移动后轮

(6) 加固支撑点设计，不晃动，不变形，防止塌陷

(7) 可折叠、收纳方便

品名 8：输液椅

1、数量：10 台

2、技术参数及要求

主体框架采用不锈钢圆管焊接成型，扶手采用进口 ABS 材质高温固化而成，靠背及坐垫采用重体海绵，优质环保革面，座椅采用弹簧式调节器可调节背部高度可半趟，配有不锈脚踏板，不锈钢伞式点滴架，可多体位输液，整体焊接工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固。

品名 9：抢救车

1、数量：1 台

2、技术参数及要求

1) 适用医护人员对病人急救护理换药等

用途：用于放置抢救药品和物品，在抢救中可以及时准确的让护士找到抢救药品，保障病人急救及时、降低施救风险

2) 主体用铝. 钢. ABS 全新料工程结构组成，四柱承重, 塑钢立柱，内有铝管承重力强

3) 优质的 ABS 工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃

4) 正面：中控锁，三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是 8 公分，规格：470\*410\*80mm），二中抽（抽屉面高度是 12 公分，规格：470\*410\*120mm）一大抽（抽屉面高度是 24 公分. 规格：470\*410\*240mm），每层抽屉内有长宽各 3\*3 的分格片，可自由分隔大小空间≥16 个药盒，每层抽屉托盘 ABS 材质可取出方便清洗，ABS 燕尾蝶抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有 ABS 除颤仪平台可 360° 旋转方向，隐藏式伸缩不锈钢输液架 一根，台面配：ABS 除颤仪平台一个

5) 背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，多功能电源插座一个

6) 左侧：隐藏式副工作写字台，置物篮一个

7) 右侧：两只 ABS 污物桶，置物篮一个，锐器盒两只

8) 豪华万向轮插入式静音脚轮四只（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

## 二、商务要求

1、售后服务

1) 质保期限：质保期一年（国家法规另有规定和生产企业优于的除外）。货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书；签署验收合格之日起进入质保期（质保期内提供上门免费服务）。

2) 售后服务：

(1) 在质保期内，如果货物发生故障，中标人免费修复直至满足货物性能要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料；如果软件发生故障，中标人免费修复直至满足软件功能要求。若货物属于更换部件的或软件重新安装的，则该部件质量或软件保证期自更换或重装之后正常工作之日起计算质保期。

(2) 提供7×24小时售后服务热线；货物或软件发生故障时，中标人接到采购人通知后2小时内作出答复，12小时内达到现场，24小时内排除故障。

3) 技术培训：拟派经验丰富的专业技术人员提供技术培训，保证所有使用人员能熟练掌握货物或软件各种功能的技术操作。

2、知识产权：采购人在使用货物（含软件）的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

3、履约能力与实力：投标人或产品制造商（包括但不限于）具有本项目对应的生产与销售、检测（验）报告、体系认证等履约实力；

4、验收：货物（或软件）应符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准和招标文件要约进行验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收。

5、投标报价：在开标一览表中报总价，包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费（含技术培训费）、验收费、质保维保费、招标代理费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

6、交货期限：合同签订后30日内安装验收合格后交付采购人使用。逾期视为违约，没收履约保证金，并每逾期一天从合同价款中扣除1000元作为处罚。

7、付款方式：货物验收合格后支付合同金额60%，验收合格后六个月支付合同金额30%，余额一年内付清。

#### 第四章 合同文本

##### 1、术语释义

- 1) “甲方”是指采购人（泰和县妇幼保健院）。
- 2) “乙方”是指中标人（根据合同规定提供货物、服务的中标企业）。
- 3) “合同”是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和其它文件。
- 4) “合同价”是指本合同规定乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
- 5) “验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物、服务符合技术规范 and 数量要求的活动。

##### 2、合同正文

- 1) 采购编号：\_\_\_\_\_；项目名称：\_\_\_\_\_；
- 2) 采购内容：\_\_\_\_\_详细配置清单：\_\_\_\_\_；
- 3) 中标总金额：（小写）\_\_\_\_\_；（大写）\_\_\_\_\_；
- 4) 货物、服务要求及验收标准：\_\_\_\_\_；

- 5) 货物发送地点和方式: \_\_\_\_\_;
- 6) 质保期限: \_\_\_\_\_, 质保期内甲方对乙方享有追索权;
- 7) 售后服务: \_\_\_\_\_;
- 8) 违约责任:

(1) 乙方所提供的货物(或服务)规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货,乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

(2) 乙方提供的货物(或服务)如侵犯了第三方合法权益(包括但不限于知识产权)而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任;由此给甲方造成的损失(包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费、差旅费等),乙方应当全额赔偿给甲方。

(3) 乙方变更、背离合同约定内容,或向他人转让中标项目,或违反项目分包约定进行肢解分包的,履约保证金将被没收,甲方有权拒付合同款,如果违约金不足以支付甲方所受损失的,甲方有权要求其赔偿。

(4) 对于满足合同约定支付条件的,甲方自收到发票后30日内,应当支付到合同约定账户。否则,按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费,但因投标人自身原因导致的除外。

(5) 乙方利用专业技术和行业信息优势之便,以不道德的手段,故意隐瞒和掩盖自身缔约过失,违背投标承诺和未尽义务,损害了甲方的合法权益,甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿,且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

(6) 其它:;

9) 合同款支付步骤和办法: \_\_\_\_\_;

10) 解决争议的方式: \_\_\_\_\_;

11) 不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同的,可部分或全部免于承担违约责任。

12) 其他: \_\_\_\_\_;

### 3、附则

1) 合同不可分割部分:招标文件、投标文件及中标通知书,中标人在评标过程中所作有关承诺、书面澄清等均为合同不可分割的部分,与主合同具有同等法律效力。

2) 生效与解除:签字盖章生效至合同履行期满后,合同自动解除。

3) 合同解释:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规。

4) 合同备案:合同一式六份,甲乙双方各执一份。政府采购办和招标代理机构各一份。

采购人(甲方):(盖章)

中标人(乙方):(盖章)

法定(授权)代表人:

法定(授权)代表人:

签字地点和时间:

签字地点和时间:

开户银行和账号:

开户银行和账号:

## 第五章 附件

## 附件一：评分细则

## B包

评标项目	评分标准
投标报价 (30分)	价格分的计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价)×30(满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。
技术要求 (65分)	<p>1、基本技术参数(40分)：全部满足招标文件中的“采购需求及技术参数”的得40分。若有任何一项不满足为无效投标。</p> <p>2、加分项(25分)：</p> <p>1) 激光治疗仪(11分)</p> <p>(1) 工作模式具备单次、重复、连续、多元聚焦等模式的得2分；凭技术确认函加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(2) 具备阴道治疗参数对应的深度数据，≥6组，并提供组织深度切片报告的得5分；凭技术确认函加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(3) 操作系统及特有功能：≥10寸彩色液晶屏触摸界面. 触摸显示屏具备前翻，后翻均≥10度可调节范围的得4分；凭技术确认函加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>2) 生物刺激反馈仪(14分)</p> <p>(1) 除肌电信息筛查功能外还支持监测心率信息功能的得5分；凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(2) 包括肌肉功能障碍、催乳、子宫复旧和镇痛的得5分；凭产品注册证复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(3) 结构组成包括线控开关和脚踏开关，可实现电刺激远程输出调控的得4分；凭产品注册证复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p>
商务要求 (5分)	<p>1、基本商务要求(3分)：全部满足招标文件中的“商务要求”的得3分。若有任何一项不满足的，为无效投标。</p> <p>2、质保期(2分)：在满足质量保证期一年基础上：承诺延长到2年的得1分，延长到3年的得2分，满分2分。凭质量保证期承诺函佐证评议，否则不得分。</p>

特别提醒：预中标排序第一名的所有加分项(得分的)的佐证材料原件在公示后三天内交招标人查证，并加分项(得分的)为重点验收要点，验收时采购人用佐证材料原件一一核对(佐证材料原件待验收后返还)，或由第三方检测(费用由中标人支付)。如有虚假或不真实的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

## 附件二：相关法规

## 1、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消。

## 2、无效投标条款

1) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2) 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

(1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；

(2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；

(3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；

### 3、异常低价审查

评审中出现低价，有可能影响产品质量或不能诚信履约，评审委员会应当按第3)条，启动异常低价投标审查程序：

1) 投标报于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价小于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；

2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times 50\%$ ；

3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价小于采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4) 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

### 4、投标人的家数计算

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；

### 5、报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 附件三：投标文件格式

封面（正式制作时删除,仅供参考,如本格式如有不当或缺失,请投标人自行增删）  
纸质投标文件须胶装

## 电子化投标文件

项目名称:

项目编号:

投标单位（公章）:

法定代表人（印章或签名）

授权代表人（签名）:



联系电话:

编制时间:

## 目录

附件三：投标文件格式.....	21
1、投标书.....	24
2、开标一览表.....	25
3、分项报价表.....	25
4、项目报价一览明细.....	25
5、技术条款偏离表.....	25
6、商务条款偏离表.....	26
7、评分细则响应表.....	26
8、投标人关于资格的声明函.....	27
9、资格证明文件.....	27
10、法定代表人授权书.....	32
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	32



## 1、投标书

### 投标书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

根据贵方的（项目名称）\_\_\_\_\_项目招标采购服务的公告（项目编号）\_\_\_\_\_，签字代表（姓名、职务）\_\_\_\_\_经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）\_\_\_\_\_提交电子投标文件到指定网址和电子投标文件相同的纸质版投标文件正本一份及副本三份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 投标人已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，并同意招标文件的相关条款，在参与投标后，知道质疑法条的时效性，将失去对招标文件的任何条款提出质疑或异议权利。

2) 投标人已详细审查全部招标文件，包括（编号、补遗书\_\_\_\_\_）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3) 本投标有效期为自开标日起 90 个日历天。

4) 按招标文件文件交纳投标保证金\_\_\_\_\_和履约保证金\_\_\_\_\_（详见投标须知前附表）。

5) 投标报价组成：\_\_\_\_\_（详见商务要求条款）。

6) 合同签署时间：中标通知书发出后 5 日内与采购人签署，交货地点：合同中约定。

7) 付款方式：\_\_\_\_\_（详见商务要求条款）。

8) 投标人同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标和完全理解并接受采购人和招标代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因。

9) 依据采购人与采购代理机构的招标代理协议，中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳投标须知前附表规定的代理服务费和代收 3000 元的采购需求、实施计划审查报告审查费及征集论证费，税前（费用已经计入成本）。

10) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标单位（盖章）：

日期：

2、开标一览表

开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

3、分项报价表

分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

4、项目报价一览表

项目报价一览表

项目编号：

项目名称：

序号	货物（服务）名称	生产厂家/ 规格型号	单位	数量	单价 （元）	小计 （元）	是否属于中、 小、微企业	是否小型和微 型企业
1								
2								
3								
...								
合计								
其中：大型企业占 元；中型企业占 元；小型和微型企业占 元								

注：1、依据招标文件的子目（请按招标文件文件的顺序）提供详细分项报价；否则对投标人不利的评判。

2、属于中小型企业产品的，在“是否中小微企业产品”栏目中填写“是”；属于小型和微型企业，在“是否小型和微型企业产品”栏目中填写“是”，并提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。



投标单位（盖章）：

法定代表人（印章或签名）

日期：

5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本技术要求（服务需求及技术要求）若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件技术条款要求	投标文件技术响应	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的技术参数及要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

投标单位（盖章）：

日期：

## 6、商务条款偏离表

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本商务要求（“商务要求”若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件商务条款	投标文件商务响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的商务要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

投标单位（盖章）：

日期：



## 7、评分细则响应表

### 评分细则响应表

1) 评分细则中的技术加分项

序号	评分细则中的技术加分要求	投标技术加分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				

2				
3				
...				

2) 评分细则中商务得分项

序号	评分细则中的商务得分要求	投标商务得分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“评分细则中的技术加分项及商务得分项”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 投标人须按本表格式认真填写和招标文件要求提供必要的佐证材料。

4) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

5) 表格行数不足的请自行增加行。

投标单位（盖章）：

日期：

8、投标人关于资格的声明函

**投标人关于资格的声明函**

致：江西金兴正招标代理有限公司：

我公司愿意对本项目（项目名称：\_\_\_\_\_；项目编号：\_\_\_\_\_）进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述和具有良好的商业信誉、财务会计制度健全；依法缴纳税收和社会保障资金良好；提供的企业法人营业执照副本等其他材料等均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！



投标单位（盖章）：

日期：

9、资格证明文件

**资格证明文件**

1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目； 是  否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68号、

《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格10%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3）本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例。

4）如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

3、本项目的特定资格要求：

1）投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章；

2）医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证，提供复印件，或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图（复印件或扫描件的，须加盖投标人公章）。

3）如果投标人代表不是法人代表，须有法定代表人授权书。

以上请按投标文件的第一章招标公告之“投标人资格”要求提供

附格式：

1）资格信用承诺函

### 资格信用承诺函

致：江西金兴正招标代理有限公司

单位名称(自然人姓名)：\_\_\_\_\_；

统一社会信用代码(身份证号码)：\_\_\_\_\_；

法定代表人(负责人)：\_\_\_\_\_；

联系地址和电话：\_\_\_\_\_；

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理

供应商名称(单位公章):

自然人或投标代表(签字):

日期:

## 2) 投标承诺函

### 投标承诺函

依据吉财购[2022]13号文件，项目预算200万元及以下的，无需缴纳投标保证金；项目预算200万元以上的，缴纳预算金额的1%投标保证金，为保障政府采购活动依法依规、规范高效进行，本单位投标承诺如下。

1) 具备和符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2) 严格遵守政府采购相关法律，做到不造假，不围标、不串标、不陪标。

3) 报价不低于成本价，不恶意低价谋取中标；中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及兑现所作的全部承诺履约。若以“报价太低而无法履约”为理由放弃中标资格时，愿意接受《政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

以上承诺如有违反，其投标无效，愿意接受《政府采购法》等法律法规处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

特此承诺

投标单位(盖章):

日期:

附：若需缴纳投标保证金的，请将保证金缴纳凭证粘贴处以下框内

(保证金缴纳凭证粘贴处)

3) 落实政府采购政策

(1) 中小企业声明函

**中小企业声明函(货物)**

本公司(联合体:\_\_\_\_)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号的规定,本公司(联合体:\_\_\_\_)参加单位的项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业,签订分包意向协议的中小企业)具体情况如下。

1、(标的名:\_\_\_\_),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:\_\_\_\_),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)\_\_\_\_;

2、(标的名:\_\_\_\_),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:\_\_\_\_),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)\_\_\_\_;

.....

以上企业,不属于大型企业的分支机构,不存在控股股东主为大企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

特此声明!

企业名称(盖公章):

日期:



(2) 小微企业声明函

**小微企业声明函**

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2011)181号)的规定,本公司为\_\_\_\_(请填写:小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号的划分标准,本公司为\_\_\_\_(请填写:小型、微型)企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业服务。本条所称服务不包括使用大型企业。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖公章）：

日期：

《中小企业声明函》填写指引与提示：

1、填写指引：在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

2、提示

1) 投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策，《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2) 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表：大中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

10、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

(投标人全称) \_\_\_\_\_ 法定代表人授权 (全权代表姓名) \_\_\_\_\_ 为全权代表, 参加贵处组织的 (项目名称) \_\_\_\_\_ (项目编号: \_\_\_\_\_) 项目招标活动, 全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。授权期限: 自投标文件递交之日起至本项目采购活动结束 (包括投标有效期) 之日止。

投标单位 (盖章) :

法定代表人 (印章或签名) \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

法定代表人身份证 (正、反面) 复印件粘贴处
全权代表身份证 (正、反面) 复印件粘贴处

11、招标文件和国家强制性要求的相关材料

格式自拟

赣兴采 2026DZH007 号招标文件采购单位

审核意见

本项目拟采用电子化公开招标方式采购，经审核同意备案和挂网。

采购人（章）

负责人（签名）：

二〇二六年 月 日

