

# 电子化政府采购 公开招标文件

(不见面开标)

项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购C包

项目编号：赣兴采 2026DZH007 号

江西金兴正招标代理有限公司 编制

日期：二〇二六年三月



目录

<b>第一章 招标公告</b> .....	<b>3</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>5</b>
一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准） .....	5
二、说明.....	5
三、招标文件.....	6
四、投标文件.....	6
五、投标文件递交.....	7
六、开标、评标、定标.....	8
七、质疑、投诉及其他.....	9
<b>第三章 采购需求</b> .....	<b>10</b>
一、采购需求及技术要求.....	10
二、商务要求.....	22
<b>第四章 合同文本</b> .....	<b>23</b>
1、术语释义.....	23
2、合同正文.....	23
3、附则.....	24
<b>第五章 附件</b> .....	<b>25</b>
附件一：评分细则.....	25
附件二：相关法规.....	26
1、废标条款.....	26
2、无效投标条款.....	26
3、异常低价审查.....	26
4、投标人的家数计算.....	26
5、报价修正.....	26
附件三：投标文件格式.....	27
1、投标书.....	29
2、开标一览表.....	30
3、分项报价表.....	30
4、项目报价一览明细.....	30
5、技术条款偏离表.....	30
6、商务条款偏离表.....	31
7、评分细则响应表.....	31
8、投标人关于资格的声明函.....	32
9、资格证明文件.....	32
10、法定代表人授权书.....	37
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	37



## 第一章 招标公告

## 江西省泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购C包【赣兴采 2026DZH007 号】电子化公开招标公告（不见面开标）

## 项目概况

泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购C包招标项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网获取招标文件，并于 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：赣兴采 2026DZH007 号；

2、项目名称：泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购C包

4、采购需求

1) 采购信息

标段号	采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算(元)	最高限价(元)
C包	吉购 2026F000208365	泰和县妇幼保健院能力提升 项目医疗设备采购C包	1	批	987800	983700

2) 合同签订后 30 日内安装验收合格后交付采购人使用。

5、合同履行期限：1 年。

6、采购项目属性：货物类，采购标的物，依据工信部联企业（2011）300 号企业划型标准所属行业：工业；

7、本项目是否接受联合体投标： 是  否

## 二、投标人资格要求：

1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目： 是  否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库（2022）19 号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46 号、《政府采购支持监狱企业发展》财库（2014）68 号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库（2017）141 号）政府采购政策。提供《小微企业声明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格 10% 扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3) 本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到（30%或以上）比例。

4) 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的, 投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书;

3、本项目的特定资格要求:

1) 投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章;

2) 医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证, 提供复印件, 或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图(复印件或扫描件的, 须加盖投标人公章)。

3) 如果投标人代表不是法人代表, 须有法定代表人授权书。

三、获取招标文件

1、时间: 从发布公告之日起至 2026 年 4 月 28 日 17 点 00 分止(北京时间, 下同)

2、地点: 江西省公共资源交易网“政府采购栏目”

3、方式: 免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间: 2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

2、地点: 吉安市公共资源交易中心

五、公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采用“不见面开标”系统开标, 各投标人不需要到开标现场出席开标会, 各投标人可通过登陆“不见面开标”系统观看本项目开标现场视频。具体详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册(政府采购)》(网址: <https://www.jxsggzy.cn>)。

2、投标人必须要有一个人在项目开、评标期间保持在线状态, 并随时通过“不见面开标”系统主持人与投标人互动解密和询标答疑等(含异议提问、询标和答疑等), 时限为 20 分钟内完成并上传到系统生效(如: 答疑澄清或答复均应以书面形式加盖公章), 逾期系统自动关闭, 将视为投标人不予答疑澄清。如对不见面开标和投标文件制作有疑问的, 请联系江西新点客服: 0512-58188507。

3、本项目是否采购国内产品:  是  否; 不允许提供进口产品参与采购活动;

本项目是否允许采购进口产品:  是  否; 符合条件的国内产品可以参与采购活动;

4、本项目是否采用远程异地评标:  是  否

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

1) 名称: 泰和县妇幼保健院

2) 地址: 泰和县经三路 38 号

3) 项目联系人: 杨先生/女士, 联系电话: 0796-5329218

2、采购代理机构信息

1) 名称: 江西金兴正招标代理有限公司;

2) 地址：吉安市吉州大道 8 号

3) 联系人：曾先生/女士；联系方式：17707967982；邮箱：3487169711@qq.com

2026 年 4 月 17 日

## 第二章 投标人须知

## 一、前附表（招标文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准）

序号	条款名称	编列内容
1	投标时间地址	1) 投标文件递交截止/开标时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分 2) 投标地址：吉安市公共资源交易中心
2	信息发布网址	江西省公共资源交易网发布招标公告和招标文件，同时在江西省政府采购网发布。
3	投标有效期	自投标截止之日起 90 个日历天
4	踏勘现场	自行踏勘（费用自理）
5	投标保证金和履约保证金	1) 投标保证金：依据吉财购[2022]13 号文件，本项目无需缴纳投标保证金； 2) 履约保证金：按中标合同金额的 5%（可以支票，或汇票，或本票，或保函等非现金形式）提交。
6	招标文件澄清和修改	招标文件的澄清和修改在信息发布网址上发布，投标人有义务定期登录并关注更正和变更公告信息，并发布的信息视为告知潜在投标人，并具有约束力。
7	质疑与答疑	1) 质疑：投标人对招标文件有异议的，在公告期限届满之日起 7 个工作日内提出，质疑函应当以书面形式并按照“谁主张、谁举证”的原则提出质疑。质疑函送达或符合法定要求的邮寄采购代理机构（不接受传真、电子邮件）。质疑函应当符合规定要求和格式，否则，不予受理。 2) 答疑：采购代理机构将在收到质疑函之日起 7 个工作日内以电子邮件回复给质疑人，或在指定媒体上发布答复，并具有约束力。
8	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许； <input type="checkbox"/> 允许；
9	核心产品	核心产品品目：C包：高端便携彩超、便携彩超（麻醉）、便携彩超、婴儿辐射保暖台
10	投标家数计算	参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；
11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许：主体和非主体、非关键性工作分包； <input type="checkbox"/> 允许
12	投标文件编制	依据招标文件要求和投标文件格式编制电子投标文件（详见电子化格式和投标文件格式），须上传到规定的网址，中标人在领取中标通知书时递交电子投标文件纸质文件一正三副。
13	评标委员会与评标方法	从江西省专家库中随机抽取法定专家人数和采购人代表组成评标委员会，并授权评标委员会确定中标候选人 3 名，并按照排序授权确定 1 名中标人。综合评分法。
14	业务咨询	1) 采购人：泰和县妇幼保健院（泰和县经三路 38 号），联系电话：0796-5329218 2) 采购代理机构：江西金兴正招标代理有限公司，地址：吉安市吉州大道 8 号，联系人：曾先生/女士，电话：17707967982，邮箱：3487169711@qq.com
15	代理服务费	<b>代理服务费：</b> 中标人应在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳代理服务费（代理服务费依照赣招协字[2021]07 号文，《江西省招标代理服务收费指导价》计收）1.48 万元（税前）。
16	解释权：	本招标文件是根据政府采购法律、法规规定编制，解释权属本采购代理机构。

## 二、说明

## 1、适用范围说明

1.1 本招标文件仅适用于泰和县妇幼保健院能力提升项目医疗设备采购C包。

1.2 本次招标适用的主要法律法规为《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政

府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

## 2、术语释义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的泰和县妇幼保健院。

2.2 “采购代理机构”是指依法经认定资格的江西金兴正招标代理有限公司。

2.3 “招标文件”是指项目公告、公开招标文件以及公开招标文件的补充、变更和澄清。

2.4 “投标人”是指响应招标文件并递交了投标文件的法人或者其他组织、自然人。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3、投标人的资格条件：详见“招标公告”。

## 4、投标费用

1) 投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2) 本项目向中标人收取代理服务费。中标人领取中标通知时向采购代理机构交纳项目的代理服务费（金额详见投标人须知前附表）。

5、**投标人代表**：指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

## 三、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 要求提供的服务招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况（请自行踏勘），投标人被视为熟悉上述与履行合同有关一切情况。

### 7、招标文件的澄清

7.1 询问：投标人对招标文件提出询问的，应在开标截止时间三日前提出书面询问或发邮到：3487169711@qq.com（书面询问必须要有投标人的公章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问等。否则，不予回复）。

7.2 答询：采购代理机构将在收到询问函后3个工作日内以电子邮件回复给询问人，或在指定媒体上发布答复，并视为本招标文件的组成部分。

7.3 通知：开标截止时间三日前（特殊情况除外），在指定媒体发布通知。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动地对招标文件进行修改。若不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间并具有法律效力。

8.2 投标人有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，采购代理机构在信息指定媒体网址发布更正公告和变更公告将视为告知潜在投标人并具有约束力。

## 四、投标文件

### 9、提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，并按要求提供投标文件和必要的资料。

9.2 对照招标文件要求，逐条说明所提供的服务已对招标文件的技术和商务要求做出详细响应，或申明与技术和商务要求的偏差。招标文件中的技术参数和商务要求是最低限度的要求，响应文件须达到或优于招标文件的要求。

9.3 采购人根据实际情况，有权对服务实际需求调整数量的权利。

9.4 规范或标准：文件所使用技术规范或标准，采用国家或行业技术规范或标准。

9.5 计量单位：投标文件使用计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

## 10、投标文件构成（包括以下内容，但不限于）

- 1) 开标一览表；
- 2) 开标一览表明细；
- 3) 分项报价表；
- 4) 技术商务响应/偏离表；
- 5) 资格证明文件；
- 6) 评分细则响应表；
- 7) 投标服务技术文件；
- 8) 政策功能优惠证明材料；

## 11、投标报价

11.1 投标人要按开标一览表和明细表的内容填写，招标文件要求报总价的必须有单价、总价（报价构成请按子目提供详细分项报价），或要求单价报价的只报单价，或百分数。

11.2 投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

12、**投标有效期**：投标有效期自开标日起，详见“前附表”规定。

13、**投标文件的编写**：本项目实行电子化交易。电子投标文件统一采用（江西省政府采购网或江西省公共资源交易网）网络的形式。对投标文件编写等有技术疑问，请致电新点客服：0512-58188507

## 五、投标文件递交

### 14、投标文件的上传：

14.1 电子投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台。

14.2 中标人在领取中标通知书时须交电子投标文件相同的纸质版投标文件，一式四份。

14.3 电子版投标文件与纸质版投标文件有不一致的，以电子版投标文件为准。

### 15、投标截止时间

15.1 投标文件必须在“前附表”规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台和上线签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，不能进行后续程序。

15.2 采购代理机构推迟投标文件递交截止时间的，在指定网站上通知投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均

应延长至新的截止时间。

**16、迟交投标文件：投标文件递交截止时间以后上传的，系统将拒绝接收。**

**17、投标文件的修改和撤回**

17.1 在投标文件递交截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

17.2 从投标文件递交截止期至投标有效期期满时间段内，投标人不得撤回其投标。

17.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

**18、投标保证金和履约保证金**

18.1 投标保证金和履约保证金：缴纳方式和金额，详见“前附表”

18.2 任何未按规定缴纳投标保证金将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

18.3 中标人应在法定合同签署时间内，合同签署前交纳履约保证金；

18.4 未中标人的投标保证金，中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。中标人的投标保证金在合同签订后，招标人2个工作日内到公共资源交易中心办理保证金退转手续，予以退还，不计利息。

18.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

2) 中标人未按规定签订合同的；

3) 中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标的。

18.6 逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.7 履约保证金在项目验收合格之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

18.8 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收。

1) 变更，背离合同约定内容的；

2) 向他人转让中标项目，或违反项目分包约定进行肢解分包的；

**六、开标、评标、定标**

**19、开标**

19.1 招标文件“前附表”规定的时间、地点主持公开开标；

19.2 开标时各投标人应按照“不见面开标”要求对投标文件解密、主持人与投标人互动(含异议提问、询标和答询等)(因自身原因造成投标文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由投标人自行承担)。

19.3 开标时，采购代理机构将展示投标人名称、投标价格、修改或撤回投标的通知、投标声明以及采购代理机构认为合适的其他内容。

19.4 评标结束后，按照“不见面开标”程序宣布评审结果，即：投标人的得分和排序。

**20、投标文件初审**

20.1 投标文件的初审分：

1) 资格审查。采购人(或者采购代理机构)依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定资格要求的

为不具备投标资格。

2) 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查,以确定是否对招标文件的要求做出响应。

20.2 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范的进行修改,但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

20.3 评标委员会决定投标响应,只根据投标本身真实无误的内容,而不依据外部的证据,但投标有不真实不正确内容除外。

**21、投标的澄清:**在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,答询澄清或答复均应以书面形式(加盖公章)并在规定时间内上传到指系统生效。时限为 20 分钟内,逾期系统自动关闭,将视为投标人不予答询澄清。

## 22、评标委员会和评标

22.1 采购人依法组建评标委员会,评标由评标委员会负责。

22.2 评标委员会将按照评标办法和评审标准,对投标文件进行评审。

22.3 评标委员会对评议过程和结果不作解释。

## 23、推荐中标候选人

23.1 评标委员会依据评标办法按评审得分由高到低顺序排列,推荐 3 名中标候选人,并按照排序授权确定 1 名中标人。

23.2 采购人依法确定中标人,采购代理机构将在指定的网站上发布公示,公示期为 1 个工作日。

## 24、中标通知书

24.1 预中标公示期满后,采购代理机构将向中标企业发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

24.2 中标通知书发出后,采购代理机构将不通知未中标的投标人。

## 25、签订合同

25.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 七、质疑、投诉及其他

### 26、质疑与答疑

#### 26.1 质疑

1) 潜在投标人依法获取招标文件的,或是参与本项目采购活动的,可以提出质疑。

2) 对招标文件和成交结果提出质疑的,为各采购程序环节期限届满之日起 7 个工作日内;并在法定质疑期内一次性提出质疑事项。

3) 质疑函应当包括下列内容(格式参照“中国政府采购网”下载专区《政府采购供应商质疑函范本》和按《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条之规定):

(1) 质疑人的法定代表人章印、主要负责人,或者其授权代表签字或者章印,并加盖质疑人单位公章,送达日期,送达人及身份证,联系电话和邮箱等;被质疑人的名称等;

(2) 具体的质疑事项、事实和法律依据以及相关证明材料（按照“谁主张、谁举证”的原则，若无举证证明的视为无效质疑）；

(3) 提起质疑请求；

**26.2 答疑：**采购代理机构自收到书面质疑后七个工作日内以书面形式答复质疑企业，但答复内容不涉及商业秘密。若调查论证产生费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用，费用在投标保证金中扣除。

**27、投诉：**质疑企业对采购代理机构的答疑不满意，或采购代理机构未在法定时间内做出答复的，可以在答疑期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

**28、若预中标排序在前的，**出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新组织采购。

**29、意外处置：**开评标时，若遇电子评标系统出现故障（系统或网络故障）导致电子开评标无法继续的，系统或网络故障在三小时内能排除的，项目不暂停开标，三小时内系统恢复运行后继续实施开标。系统或网络故障在三个小时内未能排除的，项目暂停开标，并在江西省公共资源交易网、吉安市公共资源交易网发布暂停通告，待系统恢复后另行通知开标。

**30、解释权：**本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

### 第三章 采购需求

#### 一、采购需求及技术要求

C包：

品名 1：高端便携彩超

1、数量：1台

2、技术参数及要求

1) 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。满足床旁多部位（腹部、妇产科、儿科、心脏等）超声检查，能实现图像存储及导出，能连超声工作站，配备三把探头及台车。

2) 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

(1) 高分辨率液晶显示器 $\geq 15$ 英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

(2) 超高集成度超声成像平台：a) 应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b) 应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间

(3) 数字化二维灰阶成像单元

(4) 数字化M型成像单元

(5) 数字化彩色多普勒血流成像单元

(6) 数字化频谱多普勒显示和分析单元

(7) 数字化能量多普勒，方向性能量图

(8) 数字化波束形成器，多倍声束处理

(9) 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有 $\geq 3$ 档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明 $\geq 9$ 线发射

(10) 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持 $\geq 6$ 级调节

(11) 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键

(12) 弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取 $\geq 8$ 个范围进行弹性系数分，支持浅表探头

(13) 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

(14) 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

(15) 血管内中膜厚度自动测量血管内中膜厚度自动测量，且可以在同切面且无需 $180^\circ$ 旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度。

(16) 产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果

(17) 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅

(18) 中文操作界面

(19) 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

(20) 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量

(21) 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计

(22) 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，具有穿刺引导延长线，可用于线阵和凸阵探头

(23) 操作面板上的自定义按键，其功能可同时显示在屏幕上，显示功能个数 $\geq 2$ 个

(24) 语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。

(25) 轨迹球操作

(26) 内置单块锂电池时间为 $\geq 50$ 分钟

(27) 需连接医院PACS系统

### 3) 技术参数及要求

(1) 探头规格

A、探头接口1个

B、频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围 1.7-18 MHz

C、标配探头二维灰阶显示中心频率 $\geq 7$ 种

D、频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率

E、支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等

F、穿刺导向：具有穿刺引导线

H、扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率 2.0—5.0 MHz；中心频率：B 型 4 段，谐波 3 段，CDFI 3 段，PW 3 段

电子线阵：可视可调中心频率 4.0—13.0 MHz；中心频率：B 型 4 段，谐波 4 段，CDFI 3 段，PW 3 段

相控阵探头：可视可调中心频率 1.7—4.0 MHz；中心频率：B 型 3 段，谐波 3 段，CDFI 2 段，PW 3 段

G、相控阵探头扫描角度 $\geq 120^\circ$

(2) B 型成像主要参数

A、 $\geq 256$  灰阶

B、发射声束聚焦： $\geq 8$  段

C、回放重现：灰阶图像回放 $\geq 5000$  帧、回放时间 $\geq 60$  秒

D、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 $\geq 20$  种，减少常用所需的外部调节及组合调节

E、增益调节：B/M/CF/D 可独立调节，TGC 调节 $\geq 8$  段

F、超声系统最大探查深度 $\geq 33$  cm

H、系统动态范围 $\geq 261$  dB；可视可调动态范围 36-96dB

G、凸阵探头最大视角，18 cm 深度时，帧频 $\geq 40$  帧；相控阵探头  $90^\circ$  视角，18 cm 深度时，帧频 $\geq 60$  帧

(3) 频谱多普勒

A、多普勒发射频率可视可调

B、最大测量速度：PWD： $\geq 20\text{m/s}$ ；CWD： $\geq 40\text{m/s}$ ；最小测量速度： $\leq 1\text{mm/s}$

C、多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

D、PW 取样容积宽度 1-16mm

(4) 彩色多普勒

A、显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

B、彩色多普勒频率可视可调

C、双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示 (B/B；B/CFM)

D、凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm 深度时，彩色帧频 $\geq 8$  帧；相控阵探头  $90^\circ$  视角，最大取样框，18cm 深度时，彩色帧频 $\geq 12$  帧；

(5) 测量和分析：(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式)

- A、一般测量
- B、妇产科测量
- C、心功能测量与分析
- D、多普勒血流测量与计算
- E、频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算 $\geq 12$  个参数
- F、泌尿科测量与分析

(6) 电影回放重现及病案管理单元

- A、同屏一体化智能剪贴板，可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像
- B、原始数据处理，可对回放的图像进行 $\geq 30$  种参数调节
- C、USB 一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至 U 盘或移动硬盘中

- D、内置硬盘 $\geq 256\text{GB}$  SSD

(7) 输入、输出信号

- A、输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI 等；
- B、DICOM3.0 接口部件

3、配置清单

- 1) 主机 1 台
- 2) 台车 1 台
- 3) 凸阵探头 1 个
- 4) 线阵探头 1 个
- 5) 相控阵探头 1 个

品名 2：便携彩超（麻醉）

- 1、数量：1 台

2、技术参数及要求

- 1) 用途：麻醉、疼痛、泌尿、血管、急诊、ICU、介入、心脏、妇产等全身应用
- 2) 系统技术规格及概述：
- 3)  $\geq 15$  寸无缝纯平投射式全触摸电容屏（无按键）操作。
- 4) 可升级智能声控，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等。
- 5)  $\geq 4$  个 USB 3.0 接口
- 6) 数字波束增强器
- 7) 多倍波束合成
- 8) 二维灰阶模式
- 9) 组织谐波成像模式



- 10) 宽带频移谐波
- 11) 组织特异性成像
- 12) 频率复合成像
- 13) 空间复合成像
- 14) 斑点抑制成像
- 15) 彩色多普勒成像 (包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)
- 16) M 型模式
- 17) 独立角度偏转
- 18) 扩展成像 (要求凸阵、线阵可用)
- 19) 实时双幅对比成像
- 20) 一键自动优化 (包括应用于二维、彩色及频谱模式, 彩色多普勒自动识别,
- 21) 包括 ROI 框位置、角度自动改变)
- 22) 全屏放大
- 23) 局部放大 (支持前端、后端放大)
- 24) 回波增强技术
- 25) 多普勒自动识别功能
- 26) 支持锁屏功能
- 27) 常规测量软件包
- 28) 支持手动触摸屏上注释
- 29) 支持手动触摸屏上包络测量
- 30) 支持手势操作 (图像调整、测量和注释、图像浏览)
- 31) 穿刺针增强技术, 可跟随进针角度自动改变声束偏转角度, 支持双屏实时对比。
- 32) 可升级专用磁导航探头, 利用磁场信号, 实时显示穿刺针的针道和延长线, 智能预测针尖与超声平面的交叉点。
- 33) 屏幕中位引导线
- 34) 测量/分析和报告
  - (1) 常规测量: 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
  - (2) 多普勒测量 (自动或手动包络测量, 自动计算测量参数)
  - (3) 全科测量包, 自动生成报告急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
- 35) 电影回放和原始数据处理
  - (1) 所有模式下可用
  - (2) 支持手动、自动回放
  - (3) 支持向后存储和向前存储, 时间长度可预置 (向后:  $\geq 450s$ ; 向前:  $\geq 100s$ )
  - (4) 图像后处理, 可对回放图像进行参数调节, 可处理参数 B 模式  $\geq 8$  种、M 模式  $\geq 5$  种、彩色模式  $\geq 5$  种、PW 模式  $\geq 10$  种

(5) 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG 单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

(6) 支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持 $\geq 4$ 个功能的输出

### 36) 检查存储和管理（内置超声工作站）

(1) 检查存储

A、 $\geq 100\text{GB}$  SSD 硬盘、内置超声工作站

B、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

(2) 检查管理：具备专用于病人信息管理

37) 支持网络连接：有线网络，无线网络

38) 具备网络存储：支持移动设备无线传输，机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

### 39) 探头规格

(1) B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

(2) 配备腹部凸阵探头和浅表线阵探头；可升级心脏探头及磁导航探头

(3) 智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）。

(4) 机器内置 $\geq 3$ 个激活探头接口。

### 40) 系统输入和输出

(1) HDMI： $\geq 1$ 个

(2) USB： $\geq 4$ 个，USB 3.0

(3) 网口： $\geq 1$ 个

### 3、配置清单

1) 主机系统

2) 可升降台车

3) 凸阵探头

4) 线阵探头

品名 3：便携彩超

1、数量：1台

2、技术参数及要求

1) 用途

(1) 腹部、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管、神经、肌肉骨骼等临床检查，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

(2) 连通性：医学数字图像接口部件



(3) 为保障产品先进性，要求所投产品必须为 2021 年以后首次注册产品

(4) 所配软件为该机型的最新软件版本

## 2) 系统概述

(1) 显示器： $\geq 15$  英寸专业医用高分辨率彩色 LED 显示器；无闪烁，不间断逐行扫描；显示屏调整 $\geq 30^\circ$ ，显示器亮度可视可调；

(2) 操作面板：背光键盘，便于操作；

(3) 探头接口：主机内置全激活相互通用接口 $\geq 2$  个；

(4) 输出/入接口：主机自带 VGA、LAN、DVI 数字信号、Video out；

(5) USB 接口：主机自带 4 个，且支持 USB3.0；

(6) 支持 $\geq 11$  种语言，且一键切换，无需重启

(7) 高速 HDD 固态硬盘存储 $\geq 500\text{GB}$ ；

(8) 配专用推车；

## 3) 设备技术

(1) 全数字化二维灰阶成像单元

(2) 全数字化彩色多普勒单元

(3) 全数字化能量血流成像单元

(4) 能量多普勒模式

(5) 方向能量多普勒模式

(6) 全数字化频谱多普勒显示和分析单元

(7) 频谱多普勒 (PW)

A、动态范围多级可调

B、频谱增强技术多级可调

(8) 支持二维/二维加彩色双实时模式

(9) 高清血流成像技术

(10) 对比度自适应多级可调

(11) 图像优化技术多级可调

(12) 斑点噪声抑制技术多级可调

(13) 复合成像多级可调

(14) 组织谐波成像

(15) 自动图像优化

(16) 全数字化波束形成器

(17) 多倍信号并行处理技术

(18) 梯形成像

(19) 多波束血流高帧频

(20) 二维角度独立偏转

(21) 弹性成像



(22) 曲面宽景成像

4) 设备功能

- (1) 二维+频谱同屏测量功能
- (2) 脉冲多普勒(D) 频谱增强技术多级可调
- (3) 脉冲多普勒(D) 动态范围多级可调
- (4) 4B 模式：四幅同屏显示功能
- (5) 可配置穿刺增强
- (6) 图像存储与（电影）回放重现单元
- (7) 实时存图、存电影，同屏显示
- (8) DICOM: 支持传输、工作清单、结构报告、打印功能
- (9) 放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能
- (10) 支持 $\geq 10$ 种语言，且一键切换，无需重启
- (11) 系统一键更新、一键恢复功能
- (12) 实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量

5) 探头规格

- (1) 频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示

(2) 超宽频带探头：

- A、凸阵探头：超声频率 2.0-6.8MHz
- B、高频线阵探头：超声频率 7.0-18.0MHz
- C、线阵探头：超声频率 4.0-15.0MHz

(3) 使用模式

- A、线阵探头：B/C/D
- B、凸阵探头：B/C/D

6) 测量和分析

(1) B 模式、D 模式、M 模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等

(2) 常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)

(3) 产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估，生长曲线分析；胎儿生理评分测量与分析

(4) 妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术 ( $\geq 8$  组数据可选)

7) 超声图像静态、动态存储

8) 原始数据处理功能

9) 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

10) 超声图像存档与病案管理系统

11) 二维灰阶显像主要参数

(1) 扫描线：每帧线密度 256 超声线

(2) 可视可调动态范围 $\geq 200$

(3) 数字式声束形成器

A、数字式全程动态聚焦

B、数字式可变孔径及动态变迹

C、 $A/D \geq 12 \text{ bit}$

(4) 最大扫描深度 $\geq 35\text{cm}$

(5) 回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间 $\geq 15$ 秒

(6) 预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

(7) 增益调节 $\geq 200$ ，连续可调（B/C/D 可独立调节）

(8) 横向增益补偿 $\geq 8$ 段

12) 彩色多普勒：彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

13) 频谱多普勒

(1) 方式： D

(2) 显示方式： B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D

### 3、配置清单

1) 全数字彩色超声诊断系统主机 1 台

2) 腹部探头 1 个

3) 线阵探头 1 个

品名 4： 婴儿辐射保暖台

1、数量： 1 台

2、技术参数及要求

1)  $\geq 8$  吋 LCD 彩色触摸屏

2) 温度控制模式： 预热模式、手控模式和肤温模式

3) 报警项目： 断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，系统报警，血氧报警，血氧饱和度上限报警、血氧饱和度下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示。

4) 具有 MasimoSpO<sub>2</sub> 脉搏血氧监测功能，可进行新生儿危重先天性心脏病（CCHD）早期筛查，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏。

5) 辐射箱水平角度可调，方便临床护理

6) 婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸

7) 具有双燕尾槽立柱设计，便于安装更多临床医疗器械

8) 具有可折叠托盘，方便收起，无需拆卸

9) 具有照明灯亮度可调，减少光亮刺激对新生儿的影响；

10) 具有 APGAR 评分计时功能

11) RS-232 接口，支持数据传输

12) 具有数据储存功能

13) 具有储物抽屉

14) 温控范围

(1) 肤温模式下控制温度范围:  $32^{\circ}\text{C}\sim 37.5^{\circ}\text{C}$

(2) 肤温模式的温度显示范围:  $5^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$

(3) 皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差:  $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$

15) 床面温度均匀性:  $\leq 2^{\circ}\text{C}$

16) 皮肤温度传感器精度:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  内

17) 氧浓度设置范围:  $21\%\sim 100\%$ ; 精度:  $\leq \pm 3\%\text{O}_2$  (V/V)

18) 流量设置范围:  $0\sim 15\text{L}/\text{min}$

19) 复苏气体流量范围:  $5\sim 15\text{L}/\text{min}$  (要求气源可设置该流量范围)

20) 最大安全压力设置范围:  $1\text{cmH}_2\text{O}\sim 60\text{cmH}_2\text{O}$  内

21) 吸气峰压 (PIP) 设置范围: 当流量为  $8\text{L}/\text{min}$ ,  $2\sim 58\text{cmH}_2\text{O}$

22) 呼气末正压 (PEEP) 设置范围: 当流量为  $8\text{L}/\text{min}$ ,  $0.2\sim 17\text{cmH}_2\text{O}$

23) 工作适用时间: (400L, 50%空氧混合气): 当流量为  $10\text{L}/\text{min}$  时, 38min

24) 复苏器及其相关附件的死腔体积:  $\leq 6\text{ml}$

25) 脉搏血氧性能指标

(1)  $\text{SpO}_2$  显示范围:  $1\%\sim 100\%$

(2)  $\text{SpO}_2$  显示分辨率: 1%

(3) PR 显示范围:  $25\text{bpm}\sim 240\text{bpm}$

(4) PR 显示分辨率: 1bpm

(5) PI 显示范围:  $0.02\%\sim 20.00\%$

(6) PI 显示分辨率: 0.01%

26) 负压吸引装置

(1) 负压调节范围:  $0\text{kPa}\sim 22\text{kPa}$

(2) 储液瓶容量为  $\geq 1000\text{ml}$

(3) 气流流量小于  $20\text{L}/\text{min}$

27) APGAR 评分: 运行到 50 秒~1 分钟、4 分 50 秒~5 分钟、9 分 50 秒~10 分钟时发出声光提示

28) 功能具有挥手止闹功能, 非接触式的报警静音功能。

29) 保暖台使用期限  $\geq 10$  年

3、配置清单

1) 辐射箱

2) 输液架

3) T 组合复苏装置

4) 氧气、空气供给装置

品名 5: 电子阴道镜

1、数量: 1 台

2、技术参数及要求

1) 镜头和 workstation 国内组合注册, 且必须是同一个产品名称通过 CFDA 注册, 不接受镜头或 workstation 单独注册产品或组合。

2) 设备使用年限: 10 年。

3) 阴道镜镜头性能

(1) 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清 CMOS 成像功能, 输出 FULL HD1080P 信号。

(2) 高清摄像模块像素  $\geq 213$  万, 成像系统水平分辨率  $\geq 900$ TVL。

(3) 放大倍数 1-60 倍连续变倍, 可选 1-80 倍。

(4) 有效操作距离应满足: 200mm-300mm。

(5) 视场范围:  $\geq 100$ mm(3X),  $\geq 15$ mm(18X); 景深:  $\geq 120$ mm(6X),  $\geq 5$ mm(18X)。。

(6) 工作距离为 20cm 处光源中心温升  $\leq 1^{\circ}\text{C}$ 。

(7) 亮度可调的环形高显色性贴片 LED 光源, 与镜头集成一体, 在 200mm~300mm 工作距离范围内, 光源照度  $\geq 3000$ Lx, 色温范围: 3200K~7000K。

(8) 空间分辨率  $\geq 14$  lp/mm; 图像几何失真度  $\leq 1\%$ ;

(9) 有快速自动聚焦和手动聚焦功能, 手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。

(10) 防水按键设计, 9 按键扇形布局, 可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制, 支持镜头手柄控制图像采集。

(11) 可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能, 计时时长可自定义设置, 最高支持 90 分钟, 并可在打印报告中显示时长标记。

(12) 具有两个独立的视频接口, 可供用户扩展显示镜头原始图像, 无需通过转换器。配置直立式支架。

4) 阴道镜 workstation 性能

(1) 可拆卸组合式的金属台车, 支持一体式电脑或笔记本电脑灵活组合使用。

(2) 具有自动提示患者随访管理功能, 医护人员可根据患者需求转入预约。

(3) 具有病例重点关注功能, 医生可以快速标记需要关注的重点患者, 便于医生分级管理和快速查找患者信息。

(4) 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示 (图像数量  $\geq 12$  幅), 并且可以通过镜头扣手按键一键控制, 方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

(5)  $\geq 2$  种方式开启计时功能, 支持  $\geq 4$  种采图方式 (手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图)。

(6) IFCPC2011/ASCCP 2017 阴道镜专业术语以及临床参考图谱。

(7) 具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史

检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查。

(8) 在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过。

(9) 不少于 100 份病例供临床医生操作练习。

(10) 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于 6 种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成 PDF 文件备份。

(11) 具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

(12) 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到 Excel 表。

(13) 具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求。

(14) 软件具有≥10 国语言选择，支持中、英、西、法语等多语言的软件界面和报告。

(15) 具有文字及图片指导使用，具有国际认可的 RCI 评估和 Swede 评估。

#### 5) 工作站拓展功能及网络应用

(1) 支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

(2) 具有 DICOM 3.0 数据交换接口。提供 DICOM worklist, DICOM verify, DICOM storage, 方便对接医院 PASC 系统，无需二次开发，可从 PACS 系统下载病人信息并将病人检查记录和报告发往 PACS。

(3) 可以支持标准 HL7 协议，可以方便对接 HIS 系统；支持 LDAP 集成登陆，方便医院账号管理。

(4) 支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。

(5) 支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作。

(6) 支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。

支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP 手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供多向语音交流，方便教学。

(7) 支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展。

(8) 具有文字及图片指导使用，具有国际认可的 RCI 评估和 Swede 评估

#### 3、配置清单

1) 电子阴道镜镜头

2) 全金属支架

3) 脚踏开关

4) 电脑及打印机

品名 6: 空气消毒机

1、数量: 6 台

2、技术参数及要求

1) 移动式, 体积:  $\leq 120\text{m}^3$ 。

2) 循环消毒风量:  $\geq 960\text{m}^3/\text{h}$ 。

3) 紫外线辐射强度  $\geq 20000\text{W}/\text{cm}^2$ 。

4) 紫外线灯管使用寿命  $\geq 8000$  小时。

5) 细菌总量  $\leq 150\text{cfu}/\text{m}^3$

6) 消毒时空气中臭氧浓度:  $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7) 负离子发生量:  $\geq 2 \times 10^7$  个/ $\text{cm}^3$ 。

8) 对空气中自然菌的杀灭率 90%。

9) 对空气中白葡萄球菌杀灭率 99.9%。

10) 额定电压: AC 220V $\pm$ 22V, 消毒功率:  $\leq 230\text{W}$ , 额定频率: 50Hz $\pm$ 1Hz。

11) 噪音:  $\leq 55\text{dB}$ 。

12) 微电脑程序控制, 中文背光液晶显示屏, 采用主控制芯片, 附带时钟计时芯片, 工作稳定可靠。

13) 紫外线灯管、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。

14) 采用 H 型石英紫外线灯消毒、杀菌。

15) 具有消毒及风量加强功能。

16) 程控、遥控、按键多控消毒运行, 按键采用实体红外线遥控操作, 具有程控定时功能。

17) 消毒可设置  $\geq 6$  个时间段, 时间可任意设置。

18) 采用后下进风, 前上三维立体出风, 循环风量大。

19) 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭、光触媒杀菌等辅助消毒手段。

20) 内置静态除臭因子, 解决终末消毒。

21) 风口开机自动开启, 关机自动闭合。风速高、低可选。

22) 手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。

23) 负离子清新空气, 可净化、吸烟、除尘、祛除 PM2.5 等功能

24) 消毒后空气中细菌总数: 符合 II、III 类无菌环境标准。

## 二、商务要求

### 1、售后服务

1) 质保期限: 质保期一年 (国家法规另有规定和生产企业优于的除外)。货物验收合格后, 双方共同签署验收合格证书; 签署验收合格之日起进入质保期 (质保期内提供上门免费服务)。

## 2) 售后服务:

(1) 在质保期内, 如果货物发生故障, 中标人免费修复直至满足货物性能要求, 或者免费更换整机或部分有缺陷的组件或材料; 如果软件发生故障, 中标人免费修复直至满足软件功能要求。若货物属于更换部件的或软件重新安装的, 则该部件质量或软件保证期自更换或重装之后正常工作之日起计算质保期。

(2) 提供 7×24 小时售后服务热线; 货物或软件发生故障时, 中标人接到采购人通知后 2 小时内作出答复, 12 小时内达到现场, 24 小时内排除故障。

3) 技术培训: 拟派经验丰富的专业技术人员提供技术培训, 保证所有使用人员能熟练掌握货物或软件各种功能的技术操作。

2、知识产权: 采购人在使用货物(含软件)的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权(版权)等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控, 中标人承担一切与之有关的责任。

3、履约能力与实力: 投标人或产品制造商(包括但不限于)具有本项目对应的生产与销售、检测(验)报告、体系认证等履约实力;

4、验收: 货物(或软件)应符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准和招标文件要约进行验收, 采购人根据需要可委托第三方进行验收。

5、投标报价: 在开标一览表中报总价, 包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费(含技术培训费)、验收费、质保维保费、招标代理费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

6、交货期限: 合同签订后 30 日内安装验收合格后交付采购人使用。逾期视为违约, 没收履约保证金, 并每逾期一天从合同价款中扣除 1000 元作为处罚。

7、付款方式: 货物验收合格后支付合同金额 60%, 验收合格后六个月支付合同金额 30%, 余额一年内付清。

## 第四章 合同文本

### 1、术语释义

- 1) “甲方”是指采购人(泰和县妇幼保健院)。
- 2) “乙方”是指中标人(根据合同规定提供货物、服务的中标企业)。
- 3) “合同”是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议, 包括所有的附件、附录和其它文件。
- 4) “合同价”是指本合同规定乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
- 5) “验收”指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物、服务符合技术规范 and 数量要求的活动。

### 2、合同正文

- 1) 采购编号: \_\_\_\_\_; 项目名称: \_\_\_\_\_;
- 2) 采购内容: \_\_\_\_\_详细配置清单: \_\_\_\_\_;

3) 中标总金额：(小写) \_\_\_\_\_；(大写) \_\_\_\_\_；

4) 货物、服务要求及验收标准： \_\_\_\_\_；

5) 货物发送地点和方式： \_\_\_\_\_；

6) 质保期限： \_\_\_\_\_，质保期内甲方对乙方享有追索权；

7) 售后服务： \_\_\_\_\_；

8) 违约责任：

(1) 乙方所提供的货物(或服务)规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

(2) 乙方提供的货物(或服务)如侵犯了第三方合法权益(包括但不限于知识产权)而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此给甲方造成的损失(包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费、差旅费等)，乙方应当全额赔偿给甲方。

(3) 乙方变更、背离合同约定内容，或向他人转让中标项目，或违反项目分包约定进行肢解分包的，履约保证金将被没收，甲方有权拒付合同款，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

(4) 对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 30 日内，应当支付到合同约定账户。否则，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致的除外。

(5) 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

(6) 其它：；

9) 合同款支付步骤和办法： \_\_\_\_\_；

10) 解决争议的方式： \_\_\_\_\_；

11) 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同的，可部分或全部免于承担违约责任。

12) 其他： \_\_\_\_\_；

### 3、附则

1) 合同不可分割部分：招标文件、投标文件及中标通知书，中标人在评标过程中所作有关承诺、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

2) 生效与解除：签字盖章生效至合同履行期满后，合同自动解除。

3) 合同解释：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法规。

4) 合同备案：合同一式六份，甲乙双方各执二份。政府采购办和招标代理机构各一份。

采购人(甲方)：(盖章)

中标人(乙方)：(盖章)

法定(授权)代表人：

法定(授权)代表人：

签字地点和时间：

签字地点和时间：

开户银行和账号：

开户银行和账号：

## 第五章 附件

## 附件一：评分细则

## C包

评标项目	评分标准
投标报价 (30分)	价格分的计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价)×30(满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。
技术要求 (65分)	<p>1、基本技术参数(40分)：全部满足招标文件中的“采购需求及技术参数”的得40分。若有任何一项不满足为无效投标。</p> <p>2、加分项(25分)：</p> <p>1) 高端便携彩超(9分)</p> <p>(1) 穿刺针增强显影技术：具有专门的单独按钮可以单独调整针增益和角度，穿刺引导延长线两档可调的得5分。凭制造商技术参数确认函及产品功能检查截图并加盖投标人公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(2) 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个的得4分。凭制造商技术参数确认函及产品功能检查截图并加盖投标人公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>2) 便携彩超(麻醉)(3分)：可升级专用磁导航探头，利用磁场信号，实时显示穿刺针的针道和延长线，智能预测针尖与超声平面的交叉点，俯视投影图能够实时提示穿刺针与探头的空间关系的得3分。凭平面内和平面外主机界面图并加盖投标人公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>3) 便携彩超(4分)</p> <p>(1) 可视可调动态范围≥290的得2分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(2) 增益调节≥255，连续可调(B/C/D可独立调节)的得2分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>4) 婴儿辐射保暖台(6分)</p> <p>(1) 报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，系统报警，血氧报警，血氧饱和度上限报警、血氧饱和度下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示并具有设置报警和检查报警功能的得3分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>(2) 具有挥手止闹功能，非接触式的报警静音功能，距离≥20cm，提供清洁、安静的治疗环境的得3分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p> <p>5) 电子阴道镜(3分)：除文字指导使用外还具有语音播报操作提示功能，并提供除RCI评估和Swede评估以外的R-way阴道镜诊断评估方法，量化检查流程，自动给出临床建议的得3分。凭具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件和产品说明书复印件加盖制造商公章佐证评议，否则不得分。</p>
商务要求 (5分)	<p>1、基本商务要求(3分)：全部满足招标文件中的“商务要求”的得3分。若有任何一项不满足的，为无效投标。</p> <p>2、质保期(2分)：在满足质量保证期一年基础上：承诺延长到2年的得1分，延长到3年的得2分，满分2分。凭质量保证期承诺函佐证评议，否则不得分。</p>

特别提醒：预中标排序第一名的所有加分项(得分的)的佐证材料原件在公示后三天内交招标人查证，并加分项(得分的)为重点验收要点，验收时采购人用佐证材料原件一一核对(佐证材料原件待验收后返还)，或由第三方检测(费用由中标人支付)。如有虚假或不真实的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

## 附件二：相关法规

### 1、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消。

### 2、无效投标条款

1) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2) 投标人在政府采购项目中存在以下情形之一的，其投标无效：

- (1) 不同投标人电子投标文件的创建标识码信息相同的；
- (2) 不同投标人上传或编制电子投标文件的机器码(计算机网卡MAC 地址、主板序列号、CPU 序列号、硬盘序列号)等硬件信息相同的；
- (3) 不同投标人上传电子投标文件的计算机IP地址相同且不能提供合理说明的；

### 3、异常低价审查

评审中出现低价，有可能影响产品质量或不能诚信履约，评审委员会应当按第3)条，启动异常低价投标审查程序：

1) 投标报于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价小于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；

2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times 50\%$ ；

3) 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价小于采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4) 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

### 4、投标人的家数计算

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条计算。即：核心产品，同一制造商产品的，只算一家投标人；注：综合评分法的，只能综合得分最高的一家投标人进入推荐排序；最低评标价法的，只能报价最低的一家投标人进入推荐排序；

### 5、报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一

览表（报价表）为准；

- 2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 附件三：投标文件格式

封面（正式制作时删除,仅供参考，如本格式如有不当或缺失，请投标人自行增删）  
纸质投标文件须胶装

电子化投标文件

项目名称：

项目编号：

投标单位（公章）：

法定代表人（印章或签名）



授权代表人（签名）：

联系电话：

编制时间：

## 目录

附件三：投标文件格式.....	27
1、投标书.....	29
2、开标一览表.....	30
3、分项报价表.....	30
4、项目报价一览明细.....	30
5、技术条款偏离表.....	30
6、商务条款偏离表.....	31
7、评分细则响应表.....	31
8、投标人关于资格的声明函.....	32
9、资格证明文件.....	32
10、法定代表人授权书.....	37
11、招标文件和国家强制性要求的相关材料.....	37



## 1、投标书

### 投标书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

根据贵方的（项目名称）\_\_\_\_\_项目招标采购服务的公告（项目编号）\_\_\_\_\_，签字代表（姓名、职务）\_\_\_\_\_经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）\_\_\_\_\_提交电子投标文件到指定网址和电子投标文件相同的纸质版投标文件正本一份及副本三份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1) 投标人已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，并同意招标文件的相关条款，在参与投标后，知道质疑法条的时效性，将失去对招标文件的任何条款提出质疑或异议权利。

2) 投标人已详细审查全部招标文件，包括（编号、补遗书\_\_\_\_\_）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3) 本投标有效期为自开标日起 90 个历日天。

4) 按招标文件文件交纳投标保证金\_\_\_\_和履约保证金\_\_\_\_\_（详见投标须知前附表）。

5) 投标报价组成：\_\_\_\_\_（详见商务要求条款）。

6) 合同签署时间：中标通知书发出后 5 日内与采购人签署，交货地点：合同中约定。

7) 付款方式：\_\_\_\_\_（详见商务要求条款）。

8) 投标人同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标和完全理解并接受采购人和招标代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因。

9) 依据采购人与采购代理机构的招标代理协议，中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴纳投标须知前附表规定的代理服务费和代收 3000 元的采购需求、实施计划审查报告审查费及征集论证费，税前（费用已经计入成本）。

10) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

电子邮件：

投标单位（盖章）：

日期：

2、开标一览表

开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

3、分项报价表

分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

4、项目报价一览表

项目报价一览表

项目编号：

项目名称：

序号	货物（服务）名称	生产厂家/ 规格型号	单位	数量	单价 （元）	小计 （元）	是否属于中、 小、微企业	是否小型和微 型企业
1								
2								
3								
...								
合计								
其中：大型企业占 元；中型企业占 元；小型和微型企业占 元								

注：1、依据招标文件的子目（请按招标文件文件的顺序）提供详细分项报价；否则对投标人不利的评判。

2、属于中小型企业产品的，在“是否中小微产品”栏目中填写“是”；属于小型和微型企业，在“是否小型和微型企业产品”栏目中填写“是”，并提供相应材料，否则产生的一切后果由投标人承担。



投标单位（盖章）：

法定代表人（印章或签名）

日期：

5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本技术要求（服务需求及技术要求）若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件技术条款要求	投标文件技术响应	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的技术参数及要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

投标单位（盖章）：

日期：

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

基本商务要求（“商务要求”若有任何一项不满足的为无效投标）

序号	招标文件商务条款	投标文件商务响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“采购需求中的商务要求”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。



投标单位（盖章）：

日期：

7、评分细则响应表

评分细则响应表

1) 评分细则中的技术加分项

序号	评分细则中的技术加分要求	投标技术加分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				
2				

3				
...				

## 2) 评分细则中商务得分项

序号	评分细则中的商务得分要求	投标商务得分响应	响应/偏离	备注：佐证材料所在的页码
1				
2				
3				
...				

说明：1) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2) 请逐条对应招标文件中的“评分细则中的技术加分项及商务得分项”内容的全部条款，未填写完整的，评委有可能会作出对投标人不利评判。

3) 投标人须按本表格式认真填写和招标文件要求提供必要的佐证材料。

4) 凡不按规定要求的，评标委员会有权判定为负偏离或无效。

5) 表格行数不足的请自行增加行。

投标单位（盖章）：

日期：

## 8、投标人关于资格的声明函

## 投标人关于资格的声明函

致：江西金兴正招标代理有限公司：

我公司愿意对本项目（项目名称：\_\_\_\_\_；项目编号：\_\_\_\_\_）进行投标，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述和具有良好的商业信誉、财务会计制度健全；依法缴纳税收和社会保障资金良好；提供的企业法人营业执照副本等其他材料等均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位（盖章）：

日期：



## 9、资格证明文件

## 资格证明文件

1、提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格信用承诺函；

2、本项目需要落实的政府采购政策

1) 项目是否专门面向中小企业采购的项目； 是  否

2) 落实《政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《政府采购支持监狱企业发展》财库〔2014〕68号、《促进残疾人就业政府采购政策》财库〔2017〕141号）政府采购政策。提供《小微企业声

明函》、《监狱企业声明函和证明》、《残疾人福利性单位声明函》的享受报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价。

注：（1）非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予价格 10%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审；对于预留份额给中小企业采购项目，小微企业不执行价格评审政策优惠。

（2）对于专门面向中小企业采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

3）本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下第（2）种措施进行：

（1）以联合体形式，联合协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例；

（2）以合同分包形式，分包意向协议中小企业合同金额应当达到(30%或以上)比例。

4）如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

3、本项目的特定资格要求：

1) 投标人须在江西办理CA数字证书和电子签章；

2) 医疗器械产品属于第一、二类须有经营备案凭证、第三类须有经营许可证，提供复印件，或省级及以上“药品监督管理局网”查证截图（复印件或扫描件的，须加盖投标人公章）。

3) 如果投标人代表不是法人代表，须有法定代表人授权书。

以上请按投标文件的第一章招标公告之“投标人资格”要求提供

附格式：

1) 资格信用承诺函

### 资格信用承诺函

致：江西金兴正招标代理有限公司

单位名称(自然人姓名)：\_\_\_\_\_；

统一社会信用代码(身份证号码)：\_\_\_\_\_；

法定代表人(负责人)：\_\_\_\_\_；

联系地址和电话：\_\_\_\_\_；

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任”处理

供应商名称(单位公章):

自然人或投标代表(签字):

日期:

## 2) 投标承诺函

### 投标承诺函

依据吉财购[2022]13号文件,项目预算200万元及以下的,无需缴纳投标保证金;项目预算200万元以上的,缴纳预算金额的1%投标保证金,为保障政府采购活动依法依规、规范高效进行,本单位投标承诺如下。

1) 具备和符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2) 严格遵守政府采购相关法律,做到不造假,不围标、不串标、不陪标。

3) 报价不低于成本价,不恶意低价谋取中标;中标后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及兑现所作的全部承诺履约。若以“报价太低而无法履约”为理由放弃中标资格时,愿意接受《政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

以上承诺如有违反,其投标无效,愿意接受《政府采购法》等法律法规处罚,并承担由此给采购人带来的损失。


特此承诺

投标单位(盖章):

日期:

附:若需缴纳投标保证金的,请将保证金缴纳凭证粘贴处以下框内





(保证金缴纳凭证粘贴处)

3) 落实政府采购政策

(1) 中小企业声明函

**中小企业声明函(货物)**

本公司(联合体:\_\_\_\_)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号的规定,本公司(联合体:\_\_\_\_)参加单位的项目采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业,签订分包意向协议的中小企业)具体情况如下。

1、(标的名:\_\_\_\_),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:\_\_\_\_),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)\_\_\_\_;

2、(标的名:\_\_\_\_),属于\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称:\_\_\_\_),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)\_\_\_\_;

.....

以上企业,不属于大型企业的分支机构,不存在控股股东主为大企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

特此声明!

企业名称(盖公章):

日期:



(2) 小微企业声明函

**小微企业声明函**

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2011)181号)的规定,本公司为\_\_\_\_(请填写:小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号的划分标准,本公司为\_\_\_\_(请填写:小型、微型)企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业服务。本条所称服务不包括使用大型企业。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖公章）：

日期：

《中小企业声明函》填写指引与提示：

1、填写指引：在“标的名称”下划线处填写本项目采购具体品目的名称，如品目名称。在“采购文件中明确的所属行业”中填写本招标文件第二章“投标人须知前附表”中列明的行业，一定要按照招标文件明确的内容进行填写。

2、提示

1) 投标人填写《中小企业声明函》的，必须如实填报，中标人享受了招标文件规定的中小企业扶持政策，在《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

2) 投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表：大中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

## 10、法定代表人授权书

## 法定代表人授权书

致：江西金兴正招标代理有限公司：

(投标人全称) \_\_\_\_\_ 法定代表人授权 (全权代表姓名) \_\_\_\_\_ 为全权代表, 参加贵处组织的 (项目名称) \_\_\_\_\_ (项目编号: \_\_\_\_\_) 项目招标活动, 全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。授权期限: 自投标文件递交之日起至本项目采购活动结束 (包括投标有效期) 之日止。

投标单位 (盖章):

法定代表人 (印章或签名) 日期:

法定代表人身份证 (正、反面) 复印件粘贴处

全权代表身份证 (正、反面) 复印件粘贴处

## 11、招标文件和国家强制性要求的相关材料

格式自拟

赣兴采 2026DZH007 号招标文件采购单位

审核意见

本项目拟采用电子化公开招标方式采购，经审核同意备案和挂网。

采购人（章）

负责人（签名）：

二〇二六年 月 日

