

赣州天中招标代理有限公司关于江西省全南县龙源坝镇中心卫生院全南县总医院龙源坝分院综合大楼医疗服务能力提升国内货物分散采购项目（项目编号：GZTZ2026-QN-X002）（不见面开标）电子化询价的采购公告

项目概况：

全南县总医院龙源坝分院综合大楼医疗服务能力提升项目的潜在供应商在江西省公共资源交易网（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）报名及下载电子化询价通知书，并于2026年07月09日09点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GZTZ2026-QN-X002

项目名称：全南县总医院龙源坝分院综合大楼医疗服务能力提升项目

采购方式：电子化询价

预算总金额：人民币叁拾贰万叁仟肆佰贰拾肆圆整（¥323424.00）

最高总限价：无

采购需求：

品目	货物名称	简要技术需求	数量	单位	预算单价（元）	预算金额（元）
一	音响	超薄式音箱系统，1对；箱体表面采用环保喷漆工艺，美观耐磨耐用。铝合金接线板上设置2个NL4Mp专业四芯接线插孔，确保线口不外露且能满足音箱并联接线的需要。满足现场声学效果的要求，采用专业两分频系统，配置6.5英寸喇叭单元，搭配34芯专业号角高音很好地提升中高频人声表现力。迷宫式导气设计确保在小容积	1.00	套	2553.00	2553.00

	<p>的箱体模拟出大容积的声学效果，既满足超薄小巧的安装要求，又满足声音效果的严苛要求。箱体采用超薄式箱体设计,箱体背面设计有专门的壁挂支架螺丝孔位,还人性化的增加简易十字吊挂孔,一颗钉解决吊装问题。</p> <p>参数：频率响应 80Hz-18Khz 灵敏度:89dB; 额定阻抗:8Ω; 最大声压级输出:105 dB ; 功率:Power : (额定)80W, (峰值)160W; 覆盖角度: 70° x100° ; 低音: 1×6.5"; 高音: 1×1.35" (φ34mm); 输入连接器:2×Neutrik Speakon NL4Mp; 箱体材质: 优质板材, 表面处理: 黑色聚亚胺脂喷涂; 面网: 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布; 箱体尺寸: 宽 230×深 100×高 345mm</p> <p>功放 1 台; 全功能遥控, 可控: 音乐输入切换、音乐加减、话筒加减、混响加减、MP3 和蓝牙的上一曲播停下一曲。铝合金面板, 蓝色液晶显示屏, 配拉手。功放支持 MP3 播放, 可播放多种格式音乐。断电记忆功能, 开机恢复上次使用的输入选择、音乐混响话筒音量等。共 5 路话筒输入, 前 3 路话筒可单独调节输入增益。可选择增加 2 个带 48V 幻像供电的电容咪插座。可设定音乐和话筒最大音量。支持 USB 调音软件控制接口。提供一路光纤和一路同轴数字信号输入口。提供一组纯人声莲花输出端子, 方便用户使用点歌机时语音点歌。提供话筒优先按键。3 组模拟立体声输入接口 (AUX/BGM/DVD)。内置 5.0 蓝牙播放器, 可播放多种无损格式音乐。音乐主音量/音乐高音/音乐中音/音乐低音/音乐左右平衡 独立可调。话筒主音量/混响主音量/话筒高音/音筒中音/话筒低音/混响延时回响 独立可调。提供 7 级话筒防啸叫按键。技术参数 输出功率: 200W+200W(主声道) (8Ω); 频率响应 20Hz-20KHz; 失真率 0.05%; 音乐线路输入灵敏度: 250mv; 话筒线路输入灵敏度:</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>5-100mv; 输出灵敏度: 0.775V; 麦克风音质调整 ±8dB; 信噪比 98Db; 净重 7.8KG; 机箱尺寸: 140X485X350MM(高宽深);</p> <p>无线话筒一拖四两个手持两个鹅颈</p> <p>1 套 1. 一拖四会议四通道接收信号;</p> <p>2. 振荡方式: 锁相环频率合成; 3. 采用红外自动对频技术, 每通道有 100 个信道可选 4. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-600MHz; 5. 同一场合可供 5 套机同时使用, 即可同时使用 5 台接收机和 20 个发射器; 6. 接收机 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示, 每个显示屏显示两个通道的工作状态; 发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量;</p> <p>7. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;</p> <p>8. 同时设置 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p> <p>9. 话筒耗电量为 80mA, 使用 1.5V 电池 (2 粒) 供电, 可连续使用 8 小时;</p> <p>10. 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态 (工作时灯环显示蓝光);</p> <p>11. 使用距离: 空旷环境: 80-100 米 ; 复杂环境: 50-80 米; 12. 适用于各种会议和演讲场合。</p> <p>报价须包含线材等辅材和安装</p>				
<p>音响</p>	<p>主音响:1 对;低音单元:1X10 寸 140 磁 51 芯 高音单元: 1X1.34 寸 90 磁 25 芯 分频器: 2 路 2 分频 阻抗: 8 Ω 中低音分频点: 1.6KHz</p> <p>灵敏度: 93 dB; 额定功率: 250W; 频率响应: 50Hz-20KHz; 板材: 中纤板; 表面材料: 黑色亚光漆; 面罩: 黑色亚光铁网; 接线柱: speakon NL 4X2 宽深高: 290*300*515mm ; 声音: 低音弹性好, 力度足, 人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好适用场合: 家庭 KTV、会议室、多功能厅、餐厅等;</p> <p>功放: 1 台 标准 2U 机箱, 尊贵型铝</p>	<p>1.00</p>	<p>套</p>	<p>5360.00</p>	<p>5360.00</p>

	<p>合金面板处理工艺，SMD 贴片工艺，过热、过流、短路保护，DC 私服，大信号自动压缩电路。输出功率：8Ω, 2×300W:4Ω, 2×400W，拓扑类型：AB 类；调音台 8 路输入，内置 16 级专业混响器，内置 MP3 播放器，提供 48V 幻象电源这些声道可以混合到立体声、单声道输出中。一个 C-R/PHONES 插孔提供与辅助放大器的方便连接以便于监控。它允许通过切换对所有组的信号进行监控。混音器配备有一个高效、内置的数码音响效应部分。内置的音响效应部分允许您建立专业的声音混合 16 路专业级而不需要额外的设备。同时也提供一个 EFFECT SEND 插孔以允许您使用外接音响效应器。提供一个 AUX SEND/RETURN 插孔。两个单独的 AUX 总线可以当作外接音响效应器或监控系统的传送装置使用。</p> <p>调音台：1 套；提供虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便连接。调音台为输入声道 1~8 配备有 IN-SERT I/O 插孔，允许单独的音响效应部分插入单独声道。1~8 声道提供 XLR 麦克风输入插孔和 TRS 耳机线性输入插孔。能处理从麦克风到线性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源。</p> <p>无线会议话筒一拖四：1 套；1. TAPE IN 插孔和 REC OUT 插孔为播放和录音的磁带座提供方便连接；2. 采用 UHF 无线音频传输技术信号稳定、抗干扰能力强；3. 内置数字频率分配系统，可提供多达 100 套频点在 KTV 安装使用；4. 麦克风工作频率通过红外线信号自动和接收机同步；5. 发射和接收采用 LCD 显示各项工作状态，操作简便直观；6. 麦克风采用两节 1.5V 电池供电，方便更换；7. 接收机具有平衡和非平衡音频输出，兼容于更多设备的连接；8. 无线使用距离不低于 50 米；9. 麦克风采用高强度合金材料设计，坚固耐用。</p>				
--	---	--	--	--	--

		报价须包含线材等辅材和安装				
打印机		1、82列平推票据打印机；2、打印头针数:24针 寿命:4亿次/针；3、打印方式 点阵击打式，双向逻辑选距；4、缓存容量 8M；5、字符集 GB18030 大字库；6、色带寿命 1000万字符；7、拷贝能力:正本+6份 打印厚度:0.85mm；8、光栅定位打印功能；9、保修:3年保修	1.00	台	1580.00	1580.00
离心机		1、最高转速 $\leq 6000$ rpm 2、最大相对离心力 $\geq 5400 \times g$ 3、最大容量 $\geq 8 \times 100$ ml 4、转速精度: $\pm 10$ rpm 5、真空采血管配置 $\geq 30 \times 5$ ml 真空采血管 6、噪音: $\leq 58$ dB 7、定时范围: 0--99小时 59分钟 59秒 8、显示方式: LCD显示 9、升、降速率选择模式及种类: $\geq 10$ 种升降速率 10、工作模式选择方式 $\geq 15$ 种工作模式 11、计时模式: 启动计时、定速计时 12、其他功能及参数: 具有瞬时离心功能, 可快速处理样品; 目视平衡, 无需专门称重配平; 运行中可随时更改参数, 无需停机; 磁感应电动安全门锁, 双锁杆设计; 有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能, 有异常会报警停机; 离心结束, 有声音提示。 配置清单 包含但不限于: 水平转子一套; 提篮: $8 \times 100$ ml; $8 \times 50$ ml; $32 \times 15$ ml; $30 \times 5$ ml (真空采血管) 提篮各一套	1.00	台	13320.00	13320.00
显微镜		1. 设备用途:用于普通染色的组织切片观察工作; 2. 光学系统 2.1 无限远光学系统;	1.00	台	38850.00	38850.00

	<p>2.2 国际标准齐焦距离 45mm;</p> <p>3. 调焦机构</p> <p>3.1 同轴粗调焦 (范围<math>\geq 25\text{mm}</math>);</p> <p>3.2 同轴微调焦 (精度<math>\leq 0.1\ \mu\text{m}</math>);</p> <p>4. 目镜</p> <p>4.1 三目镜筒;</p> <p>4.2 10X 目镜;</p> <p>4.3 视场数<math>\geq 22\text{mm}</math>;</p> <p>4.4 屈光度可调;</p> <p>5. 载物台 载物台角度可旋转, 移动手轮扭矩可调</p> <p>6. 物镜转换器 5 孔转换器</p> <p>7. 物镜</p> <p>7.1 平场消色差物镜 2.5X, 数值孔径<math>\geq 0.06</math></p> <p>7.2 平场消色差物镜 4X, 数值孔径<math>\geq 0.1</math></p> <p>7.3 平场消色差物镜 10X, 数值孔径<math>\geq 0.25</math></p> <p>7.4 平场消色差物镜 20X, 数值孔径<math>\geq 0.4</math></p> <p>7.5 平场消色差物镜 40X, 数值孔径<math>\geq 0.65</math></p> <p>7.6 平场消色差物镜 100X 油镜, 数值孔径<math>\geq 1.25</math></p> <p>8. 明场照明装置 LED 光源</p> <p>9. 聚光镜 高分辨率多功能聚光镜</p> <p>10. 其他要求 需与我院相关信息系统相连接 (含摄像头及连接线等相关配置)</p> <p>11. 售后要求</p> <p>11.1 产品全套质保<math>\geq 1</math>年, 质保期结束后免费延保<math>\geq 4</math>年, 全部软件终生免费升级, 需出具正式保修承诺书。</p> <p>11.2 免费维修或更换缺陷的货物或部件期限: 设备出现故障时, 卖方必须在接到故障报告后在 2 小时内维修工程师到达现场, 排除故障的期限不得超过 12 小时, 否则卖方需提供备用机供临床使用。</p>				
DR	<p>1. 探测器</p> <p>1.1 探测器: 与整机品牌一致</p> <p>1.2 探测器结构与材料: 整板非晶硅;</p> <p>1.3 采集像素矩阵: <math>\geq 3000*3000</math> (17</p>	1.00	台	235000.00	235000.00

	寸×17 寸) ; 1.4 空间分辨率: $\geq 3.5$ Lp/mm; 1.5 具备一次曝光双能减影技术, 能保证在更低剂量下能获得优质图像, 减少对医生和患者的辐射; 2. 高频高压发生器 2.1 高压发生器: 与整机品牌一致; 2.2 最大输出功率: $\geq 50$ KW; 2.3 最大输出电压: $\geq 150$ KV; 2.4 最大毫安量: $\geq 630$ mA; 2.5 最短曝光容积率: $\leq 0.4$ MAS; 3. X 光球管组件 3.1 焦点: 0.6mm/1.2mm; 3.2 焦点最大功率: $\geq 50$ KW; 3.3 阳极热容量: $\geq 230$ KHU; 3.4 阳极转速: $\geq 2800$ 转/min; 3.5 球管最高输出管电压: 150KV; 4. 直臂机架 4.1 探测器中心距地距离最小距离: $\leq 465$ mm; 4.2 焦点到影像接收面距离: 1000mm、1500mm; 4.3 横臂的轴向旋转范围: $0^\circ \sim +90^\circ$ ; 4.4 出于匹配性考虑, 探测器、高压、软件、整机注册属于同一厂家; 5. 滤线栅及限束器 5.1 滤线栅栅格比: 为 10-1; 5.2 限束器: 功率: 150W、24VAC; 自动关闭时间: 30S; 亮度: 焦片距 100cm 时 $\geq 100$ lux 6. 工作站硬件 6.1 CPU 双核 Dual-Core $\geq 2.7$ GHz, 2M 缓存, 内存 $\geq 2$ GB, 通讯网卡 $\geq 1000$ M 网卡; 6.2 CD/DVD 刻录 DVD 光驱, CD/DVD 刻录, 硬盘容量 $\geq 500$ GB; 6.3 显示器: $\geq 24$ 英寸液晶显示器; 7. 医生登记采集诊断工作站软件功能 7.1 病人管理: 手工登记, WORKLIST 自动查询; 7.2 图像采集: 自动调窗, 自动裁剪, 自动发送; 7.3 图像处理: 图像校正, 图像翻转,				
--	---	--	--	--	--

	EAE 图像处理增强, IEQ 图像处理; 7.4 图像观察: 查看静态图像、窗宽窗位调整, 图像翻转, 图像旋转, 图像缩放、还原; 7.5 病历报告: 病人信息自动加载; 7.6 胶片打印: 支持 DICOM3.0 标准激光相机打印; 7.7 DICOM 传输: 可发送图像到任何遵循 DICOM3.0 标准的 PACS 及工作站。				
挂风扇	18-20 寸五叶机械款 (纯铜芯)	26	个	200.00	5200.00
吊扇	BFC-1200-220V (对应风叶直径约 1400mm/56 吋)。电机类型: 优质纯铜电机, 动力强, 寿命长, 运行平稳低噪音。档位调节: 多档风速可调, 支持正反转功能 (夏季降温, 冬季循环空气)。材质: 金属机罩, 高强度复合风叶。	44	个	360.00	15840.00
直饮水机	立式饮水机上置式聚能环热>90°, 容量 0.6L; 电子制冷<15°, 容量 0.5L, (双温控技术、智能防干烧、缺水提醒)	2	台	380.00	760.00
电视	尺寸:55 英寸, 物理分辨率:1366*768, 屏幕比例:16:9, 亮度 (Min/Typ):200nit/220nit, 对比度:3000:1 (Typ), WiFi 模块:2.4GHz WiFi, CPU:Cortex-A53 双核, 64 位 X2, GPU:Mali-450 四核 x4, RAM :768MB, ROM:4GB, DTS:是, 色域:62%NTSC, 音频解码:DTS + Dolby, 屏体刷新率:60Hz, 响应速度:6.5ms, 尺寸:712.085(H) x 410.570(V) x 1.335(D), 屏色数:16.7M (8-bit), 系统:安卓 Android 6.0, 底层:Android 6.0, 机身按键:具备, 支持数字格式:1080P/1080i/720P/480P, 视频制式:PAL NTSC, 伴音功率:5W*2, 整机消耗功率:50W, 待机功耗:<0.5W, 能效等级:3 级, 产品外观:全面屏, 塑胶无边框, 金属背板, 小后壳. 两脚式注塑底座, 射频 1, SPDIF 输出:同轴 1, 视频输入:1, HDMI (UHD)	2	台	1815.00	3630.00

		IN:HDMI2.0*2（一路支持ARC），音频输入:1，USB:USB2.0*1，以太网口RJ45:1，售后服务接口（service):1				
	热水器	400*400*825mm,60L,功率2500W,防水材质，热水输出率80%，能效等级一级，设置温度范围30-75℃	1	个	1331.00	1331.00
<p>预算总金额：人民币叁拾贰万叁仟肆佰贰拾肆圆整（¥323424.00）</p> <p>注：本项目采购国内货物，不允许提供进口产品参与采购活动。</p>						

合同履行期限：在中标通知书发出之日起十日内与采购人签订合同，合同签订后60日内完成交货，包括安装调试及人员培训。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件：

1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3) 通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2、采购项目落实的政府采购政策：

(1) 本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

(2) 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

3、本项目的特定资格要求：（1）所投二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；（2）在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；（3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

### 三、获取采购文件：

时间：2026年06月24日-2026年06月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过CA数字证书在江西省公共资源交易网后台（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）下载。（**报名并同时下载响应文件**）

方式：网上确认并下载电子化询价通知书。（未在规定时间内下载电子化询价通知书的响应供应商视为报名不成功）

售价：0元

#### 四、响应文件提交:

截止时间: 2026年07月09日09点00分(北京时间)

地点: 必须在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至江西省公共资源交易网(网址: <https://www.jxsggzy.cn/>), 逾期作无效响应处理。

#### 五、开启

时间: 2026年07月09日09点00分(北京时间)

地点: 赣州市南康区公共资源交易中心, 本项目采用“不见面开标”系统开标, 响应供应商不需要到场参加开标会, 现场环节(包括但不限于现场签到、现场解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作, 现场签到环节改为网上签到, 响应供应商须在规定时间内登录江西省公共资源交易系统不见面开标大厅进行网上签到, 未按时网上签到视为自动放弃投标; 具体操作详见“江西省公共资源交易网-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”, 如有疑问请联系新点工作人员(0512-58188507 江苏国泰新点公司)。

六、公告期限: 自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜:

1、潜在供应商必须在江西省公共资源交易网(网址: <https://www.jxsggzy.cn/>)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。如有疑问请联系新点软件(0512-58188507江苏国泰新点公司)。

2、潜在供应商未使用CA数字证书在江西省公共资源交易系统下载采购文件的, 视为未报名, 不得参加本项目的采购活动。

3、本项目采用“不见面开标”系统开标，响应供应商无需现场参加开标会，现场环节(包括但不限于现场签到、响应文件解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，响应供应商须在规定时间内进行网上签到，未按时网上签到视为自动放弃投标；具体操作详见“江西省公共资源交易网-帮助中心-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”。

4、响应文件解密：按规定完成系统签到的响应供应商自行对本单位的响应文件进行解密，在政府采购代理机构宣布开始解锁后 20 分钟内必须完成解密。在规定的解锁时间结束后响应供应商未解锁的，作放弃响应处理，系统将其响应文件退回。

5、本项目是否采用远程异地评标：否

6、投标人对开标过程和开标记录有异议，可在本项目不见面开标大厅在线提出询问。

7、本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体缴纳方式及收费标准详见电子化询价通知书。

8、温馨提示：中标（成交）供应商有融资需求的，可享受“政采贷”政策，通过线上申请融资服务（详见招标文件）。

9、监管单位信息：名称：全南县财政局政府采购监管股，地址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股，电话：0797-2608927，邮箱：2981068748@qq.com。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息：

名 称：全南县龙源坝镇中心卫生院

地 址：全南县龙源坝镇

联系人：陈先生

联系电话：17779756972

## 2、监管单位信息：

名 称：全南县财政局政府采购监管股

地 址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股

电 话：0797-2608927

邮 箱：2981068748@qq.com

## 3、采购代理机构信息：

名 称：赣州天中招标代理有限公司

地 址：全南县站前路国际商贸城锦绣豪庭 A 栋 202

邮 箱：GZTZ2018QN@163.com

开户行：江西全南农村商业银行股份有限公司江畔湾支行

户 名：赣州天中招标代理有限公司

账 号：141079279000057272

## 3、项目联系方式：

项目联系人：郭先生

电 话：0797-2668323