

赣州天中招标代理有限公司关于江西省全南县陂头镇中心卫生院  
全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目国内货物  
分散采购项目（项目编号：GZTZ2026-QN-X004）（不见面开标）电  
子化询价的采购公告

项目概况：

全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目的潜在供应商在江西省公共资源交易网（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）报名及下载电子化询价通知书，并于2026年07月10日09点00分（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GZTZ2026-QN-X004

项目名称：全南县总医院陂头分院综合大楼医疗服务能力提升项目

采购方式：电子化询价

预算总金额：人民币肆拾肆万捌仟玖佰叁拾圆整（¥448930.00）

最高总限价：无

采购需求：

品目	货物名称	数量	单位	简要技术需求	预算单价（元）	预算金额（元）
一	小交换机	36	台	5口10/100/1000Mbps自适应千兆非管理型塑壳交换机。支持业务端口4kV防雷，即插即用。	150	5400
	交换机	5	台	非网管交换机，交换容量32Gbps，包转发率24Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，支持在APP和云平台查看设备信息和运行状态。	500	2500

	标签打印机	1	台	<p>1、分辨率：<math>\geq 203\text{dpi}</math>（8点/毫米）；</p> <p>2、打印方式：热敏及热转印；</p> <p>3、打印速度：<math>\geq 150\text{mm/s}</math>；</p> <p>4、最大实际打印宽度：<math>\geq 108\text{mm}</math>，最大进纸宽度：<math>\geq 118\text{mm}</math>；</p> <p>5、标配通信接口：USB2.0及以上接口；可选升级接口：并口、串口、网口、蓝牙、WIFI；</p> <p>6、机芯可90度及以上开启，耗材更换简便，碳带随时可快速整体取出，无需切断；</p> <p>7、标配带金属切刀，可上、下撕纸结构，撕纸更高效便捷；</p> <p>8、内存：<math>\geq 8\text{MB}</math>，闪存：<math>\geq 8\text{MB}</math>；</p> <p>9、打印机内置Tsc、ESC/POS等多种仿真指令可选，软件兼容医院HIS系统，即插即用；</p> <p>10、感测器：纸张间距，纸张用尽，可移动式黑标，印字头抬起；双穿透传感器设计，可自动识别热敏和热转印打印模式，可自动识别腕带、不同规格标签、水洗唛、热敏连续纸等不同打印介质，实现碳带自适应和纸张状态自适应功能，用户无需设置打印机的碳带和纸张状态，装上及打印；</p> <p>11、可在windows系统下设置打印机参数，操作简单；</p> <p>12、满足安装300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少更换耗材频率；</p> <p>13、支持腕</p>	1500
--	-------	---	---	--	------

			<p>带打印；可选配加装升级 RFID 打印模块满足智慧物联网应用打印需求；</p> <p>14、碳带是双拨轮传动结构；</p> <p>15、打印机具有热敏打印头定位结构，能首张标签自动定位并回退到打印起始位，首张标签不浪费；</p> <p>16、能兼容中标麒麟、银河麒麟、统信 UOS 国产操作系统；</p> <p>17、产品原厂保修 18 个月。</p> <p>18、所投条码打印机产品采用国产自主可控的 SOC 芯片。</p>		
社保卡读卡器	22	台	<p>电压 DC 5V±5%或适配器供电，具有过压保护；取电方式 USB 取电或适配器供电；电流不大于 300mA；连接线不小于 1.5 米的标准通讯线材；通讯接口 默认标准 USB，可选 RS232 串口通讯，采用无驱模式，无噪音；通讯速率 全速不小于 12Mbps；RS232：默认 115200bps，可选 9600bps~115200bps；非接触式模块支持卡片类型符合 ISO14443A&amp;B CPU 卡，S50、S70 卡，可读取医保卡；</p> <p>支持阅读 ISO14443TypeB 的中华人民共和国第二代居民身份证读取；支持港澳台居民居住证读取；支持外国人永久居留证读取；协议 ISO14443/1/2/3/4 T=CL 协议，MIFARE；工作频率 13.56MHz±7kHz；卡</p>	2300	50600

			<p>座触点 所有触点都带有短路保护，还有过流保护，最大程度保护读卡器和卡片；卡读写速率 106 Kbps；卡读写距离 0~30mm，实际距离与卡片类型有关；接触式模块；支持卡片类型 符合 ISO7816 标准的 A 类 5V/B 类 3V 卡，SLE4428、SLE4442，支持医保卡读取；卡读写速率 9600~57600bps；短路保护 支持；卡到位状态检测支持；卡座寿命 不小于 30 万次；SAM 卡座</p> <p>数量 不少于 3 个；支持卡类型符合 ISO7816 标准的 PSAM 卡；条码扫描扫描类型 支持二维码扫描，支持微信、支付宝等主流二维码编码规则更新人机界面；指示灯 至少 3 个指示灯能指示电源状态、卡到位状态和通讯状态显示屏 选配；蜂鸣支持；产品序列号 支持读取产品的终端唯一识别码硬件版本号 支持读取硬件版本号；支持系统 支持各种版本 windows 操作系统 如 Windows2000/NT/XP/Vista/Windows 7/WIN10/Linux/Anriod/统信/麒麟等；</p> <p>适应 C/S 架构和 B/S 架构的不同业务系统软件平台；外部接口 须能外接密码键盘；密码键盘（外接式）；按键 至少 15 个按键，其中 0~9 共 10 个数</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>字键、取消键、确认键，预留两个以上功能按键；显示屏 LCD 液晶显示屏，至少可显示两行，每行至少显示 7 个汉字；语音 至少支持 4 条语音提示，“请输入密码”，“请输入旧密码”，“请输入新密码”，“请再输入一次新密码”；参数设置 可设置密码键盘超时时间等参数；工作环境；工作温度 -10℃到+50℃；工作湿度 10%到 95%；技术支持 驱动 无驱；API 支持各种版本 Windows、Linux、Anriod、统信、麒麟等动态库开发接口，匹配跨地区社保标准接口；函数库要求 提供统一的读写动态链接库，可支持 Windows、Linux、Anriod、统信、麒麟等多种操作系统和语言开发平台；提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台、支持在线升级</p>			
	音响	1	套	<p>超薄式音箱系统，1 对；箱体表面采用环保喷漆工艺，美观耐磨耐用。铝合金接线板上设置 2 个 NL4Mp 专业四芯接线插孔，确保线口不外露且能满足音箱并联接线的需要。满足现场声学效果的要求，采用专业两分频系统，配置 6.5 英寸喇叭单元，搭配 34 芯专业号角高音很好地提升中高频人声表现力。迷宫式导气设计确保在小容积</p>	2553	2553

			<p>的箱体模拟出大容积的声学效果，既满足超薄小巧的安装要求，又满足声音效果的严柯要求。箱体采用超薄式箱体设计，箱体背面设计有专门的壁挂支架螺丝孔位，还人性化的增加简易十字吊挂孔，一颗钉解决吊装问题。参数：频率响应 80Hz-18Khz 灵敏度:89dB; 额定阻抗:8Ω; 最大声压级输出:105 dB ; 功率:Power : (额定)80W, (峰值)160W; 覆盖角度: 70° x100° ; 低音: 1×6.5"; 高音: 1×1.35" (φ34mm); 输入连接器:2×Neutrik Speakon NL4Mp; 箱体材质: 优质板材, 表面处理: 黑色聚亚胺脂喷涂; 面网: 黑色多孔喷粉钢网和透声的音箱网布; 箱体尺寸: 宽 230×深 100×高 345mm</p> <p>功放 1 台; 全功能遥控, 可控: 音乐输入切换、音乐加减、话筒加减、混响加减、MP3 和蓝牙的上一曲播停下一曲。 铝合金面板, 蓝色液晶显示屏, 配拉手。功放支持 MP3 播放, 可播放多种格式音乐。 断电记忆功能, 开机恢复上次使用的输入选择、音乐混响话筒音量等。共 5 路话筒输入, 前 3 路话筒可单独调节输入增益, 可选择增加 2 个带 48V 幻像供电的电容咪插座, 可设定音乐和话筒</p>	
--	--	--	---	--

			<p>最大音量。支持 USB 调音软件控制接口。提供一路光纤和一路同轴数字信号输入口。提供一组纯人声莲花输出端子，方便用户使用点歌机时语音点歌。提供话筒优先按键。3 组模拟立体声输入接口</p> <p>(AUX/BGM/DVD)。内置 5.0 蓝牙播放器,可播放多种无损格式音乐。音乐主音量/音乐高音/音乐中音/音乐低音/音乐左右平衡 独立可调。话筒主音量/混响主音量/话筒高音/话筒中音/话筒低音/混响延时回响 独立可调。提供 7 级话筒防啸叫按键。技术参数 输出功率: 200W+200W (主声道) (8Ω); 频率响应 20Hz-20KHz; 失真率 0.05%; 音乐线路输入灵敏度: 250mv; 话筒线路输入灵敏度: 5-100mv; 输出灵敏度: 0.775V; 麦克风音质调整 ±8dB; 信噪比 98Db; 净重 7.8KG; 机箱尺寸: 140X485X350MM(高宽深); 无线话筒一拖四两个手持两个鹅颈 1 套 1. 一拖四会议四通道接收信号; 2. 振荡方式: 锁相环频率合成; 3. 采用红外自动对频技术, 每通道有 100 个信道可选 4. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-600MHz; 5. 同一场合可供 5 套机同时使用, 即可同时使用 5 台接收机和 20 个发射器; 6. 接收机 LCD 显示</p>	
--	--	--	--	--

			<p>屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态; 发射器 LCD 显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量; 7. 接收机背面设置 2 条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体; 8. 同时设置 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备; 9. 话筒耗电量为 80mA,使用 1.5V 电池(2 粒)供电,可连续使用 8 小时; 10. 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态(工作时灯环显示蓝光); 11. 使用距离:空旷环境: 80-100 米; 12. 复杂环境: 50-80 米 12. 适用于各种会议和演讲场合 ; 13. 包含线材等辅材和安装。</p>		
音响	1	套	<p><b>主音响 1 对</b>          低音单元: 1X10 寸 140 磁 51 芯 高音单元: 1X1.34 寸 90 磁 25 芯 分频器: 2 路 2 分频 阻抗: 8Ω 中低音分频点: 1.6KHz 灵敏度: 93 dB 额定功率: 250W 频率响应: 50Hz-20KHz 板材: 中纤板 表面材料: 黑色亚光漆 面罩: 黑色亚光铁网 接线柱: speakon NL 4X2 宽深高: 290*300*515mm 声音: 低音弹性好,力度足,人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好适用场合: 家庭 KTV、会议室、多功能厅、餐厅等</p>	5360	5360

			<p><b>功放 1 台</b></p> <p>标准 2U 机箱，尊贵型铝合金面板处理工艺，SMD 贴片工艺，过热、过流、短路保护，DC 私服，大信号自动压缩电路。输出功率：<math>8\Omega, 2 \times 300W</math>；<math>4\Omega, 2 \times 400W</math>，拓扑类型：AB 类 调音台 8 路输入，内置 16 级专业混响器，内置 MP3 播放器，提供 48V 幻象电源这些声道可以混合到立体声、单声道输出中。一个 C-R/PHONES 插孔提供与辅助放大器的方便连接以便于监控。它允许通过切换对所有组的信号进行监控。混音器配备有一个高效、内置的数码音响效应部分。内置的音响效应部分允许您建立专业的声音混合 16 路专业级而不需要额外的设备。同时也提供一个 EFFECT SEND 插孔以允许您使用外接音响效应器。提供一个 AUX SEND/RETURN 插孔。两个单独的 AUX 总线可以当作外接音响效应器或监控系统的传送装置使用。</p> <p><b>调音台 1 套</b></p> <p>提供虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便连接。调音台为输入声道 1~8 配备有 IN-SERT I/O 插孔，允许单独的音响效应部分插入单独声道。1~8 声道提供 XLR 麦克风输入插孔和 TRS 耳机</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>线性输入插孔。能处理从麦克风到线性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源。</p> <p><b>无线会议话筒一拖四 1 套</b></p> <p>1. TAPE IN 插孔和 REC OUT 插孔为播放和录音的磁带座提供方便连接；</p> <p>2. 采用 UHF 无线音频传输技术信号稳定、抗干扰能力强；</p> <p>3. 内置数字频率分配系统，可提供多达 100 套频点在 KTV 安装使用；</p> <p>4. 麦克风工作频率通过红外线信号自动和接收机同步；</p> <p>5. 发射和接收采用 LCD 显示各项工作状态，操作简便直观；</p> <p>6. 麦克风采用两节 1.5V 电池供电，方便更换；</p> <p>7. 接收机具有平衡和非平衡音频输出，兼容于更多设备的连接；</p> <p>8. 无线使用距离不低于 50 米；</p> <p>8. 麦克风采用高强度合金材料设计，坚固耐用。</p> <p>9. 包含线材等辅材和安装。</p>			
	智能中医体质辨识仪	1	台	<p>技术参数：</p> <p>1、中医体质辨识问诊采集单元：</p> <p>1.1、可以对中医九大体质做辨识判定。</p> <p>1.2、对 28 种具体体质分型进行判断。</p> <p>1.3、提供 5 种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕</p>	39960	39960

			<p>妇版、儿童版、中医五态人格版。</p> <p>1.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。</p> <p>1.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。</p> <p>1.7、工作电压：DC 5V +/-5%；供电方式：USB 接口，功率：&lt;1W（工作电流&lt;200mA）；</p> <p>1.8、二代身份证识别器符合公安部《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》；和《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单》标准以及 ISO14443（TypeB）国际标准；</p> <p>1.9、19 英寸高触感大显示屏；</p> <p>1.10、客户信息统计按年龄、体质分类，更具科学性、系统性，为基层医疗机构进行健康管理档案、疾病防控提供有效支持。</p> <p>1.11、问诊符合中华中医药学会标准 ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求，</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>可作为判断中医体质分类的标化工具；中医体质理论指导下，根据量表设计原理，以问询录入的方式，采集被测者健康信息；通过对体质分类的分值的结果分析，来判断体质类型。</p> <p>1.12、中医健康档案客观化采集与数字化存储，可建立电子个人健康档案，进行长期中医健康管理服务，通过问诊模块的人机交互，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。</p> <p>1.13、个性化养生调理系统：可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务，可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示。</p>		
医用全自动电子血压计	1	台	显示方式：LCD 显示屏；测量范围：0-299mmHg（0-39.9kPa）；测量精度：±3mmHg（±0.4kPa）；结果打印功能：热敏纸打印。	25000	25000	
电子体重身高秤	1	台	超声波测量身高，重力感应启动测量，语音播报，折叠带轮。	3330	3330	
病床	20	张	<p>主要技术参数</p> <p>1、规格尺寸：2140MM*4970MM*500MM（±2%）。</p> <p>2、功能：背部倾斜 75°（±5°），腿部升降 40°±5°，静态负荷≥250kg。</p> <p>3、材质：床身框架结构采用优质冷拉矩型钢材，型材规格 40</p>	1192	23840	

			<p>×80mm 厚度≥1.2mm。床面板采用板厚≥1.2mm 的优质冷轧钢板整体一次冲压成型。背部摇杆螺母或者摇杆丝杆采用静音耐磨材料加工。背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴Φ32mm，厚度 3.0mm。床脚选用 50×50×1.5MM 以上优质钢管，牢固耐用。</p> <p>4、床面板使用自动化折弯机折弯，以钢制喷塑制作，并做成凹面一次冲压成型无破口，需要良好的透气性能，表面光洁，床体四角采用橡塑胶包角，防撞美观，拉伸成型，无焊点。并在床尾板设有床垫防滑装置。</p> <p>5、手摇装置</p> <p>①摇把：万向节连轴机构，隐藏式设计，不用时折叠在收藏盒内；操作时无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位。②丝杆：传动离合器系统结构，螺母须采用优质黄铜制造，具有空转过盈保护、限位保护、双向到位保护、单凸点保护功能。</p> <p>6、床头床尾板采用优质 ABS 强化塑胶一次注塑成型，不易变形、经久耐用。挂式加厚床头尾板，弧线型设计，可快速拆卸，可兼 CPU 使用；带暗锁装置，安全无毒，尾板外侧有病人信息卡插槽，拆卸方便。ABS</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>床头带有防撞滑轮，拆卸方便。</p> <p>7、喷塑处理 采用绿色健康环保涂料，通过国家 SGS 环保认证。经过喷涂防锈处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈。金属表面处理采用电泳底漆加静电双重涂层技术，在金属管材经过酸洗防锈处理后，在管材内、外壁电泳上一层环氧树脂保护膜，之后再行外表静电粉末喷涂，以真正达到内外防锈。</p> <p>8、带有六档铝合金护栏，合金折叠护栏为全履式结构，六档式设计，D 型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便病患日常饮食、看书、使用电脑等工作；护栏上履盖餐桌板，餐桌板为 ABS 材料精制而成，具伸缩功能，两端用 ABS 压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板不使用时可挂卡至床尾，方便病人使用，安全可靠。</p> <p>9、病床脚轮 病床脚轮采用 5 寸豪华静音轮，轮面采用静音耐磨材料；脚轮骨架采用金属结构。</p>		
	床头柜	20	个	<p>规格：475×465×778（mm）</p> <p>1、结构：四层式结构，上部抽</p>	320	6400

			<p>板，中间为两抽屉，下部为带门密闭箱体。</p> <p>2、柜体：优质 ABS 材料，主体板材厚度 4.0mm 以上，耐高温，易清洁，采用 ABS 全新纯正工程塑料材料，加厚板材注塑成形、结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水防烫，表面纹理细腻、平滑易清洁，柜身两侧带隐藏式 304 不锈钢毛巾架，侧边斜角造型，方便使用。</p> <p>3、抽屉上面为隐藏式拉板，板上有放筷子及水杯的凹位，患者用餐时，能够有效防止筷子及水杯移位和滑落，储物柜内含有暖瓶座，灵活运用，美观大方。</p>		
心电图机	2	台	<p>1、12 导心电图能打印于 A4 和 US letter 大小的热敏纸；</p> <p>2、电压分辨率 <math>\geq 1\mu V</math>；</p> <p>3、模数转换 <math>\geq 24</math> 位；</p> <p>4、智能心电图算法，适用于所有年龄段的人群；</p> <p>5、开机出波形时间 <math>\leq 7</math> 秒；</p> <p>6、内置存储容量 <math>\geq 800</math> 份；</p> <p>7、电池单次充电可供打印 <math>\geq 400</math> 份报告；</p> <p>8、屏幕可预览完整的心电图报告；</p> <p>9、更改患者信息后，可自动再分析心电图波形，并作出新的诊断；</p> <p>10、输入患者信息时，屏幕下</p>	11433	22866

				<p>方可显示一道 ECG 实时波形作监护；</p> <p>11、可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸；</p> <p>12、可支持条形码扫描枪接收患者；</p> <p>13、U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告；</p> <p>14、支持无线或有线方式传输 PDF 或 XML 格式的报告；</p> <p>15、波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；</p> <p>16、记录仪分辨率：水平<math>\geq 40</math> dots/mm @ 25 mm/s, 垂直<math>\geq 8</math> dots/mm；</p> <p>17、心电放大器：直流耦合；</p> <p>18、走纸速度：5, 12.5, 25 &amp; 50 mm/s；</p> <p>19、重量<math>\leq 5</math>Kg。</p>		
	洗胃机	1	台	<p>1. 采用膜片泵作为冲液和吸液的动力源，通过压力传感器和 CPU 控制；</p> <p>2. 采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠；</p> <p>3. 气压驱动的换向阀结构强力挤碎大块污物，使管路更加通畅，清洗维护更加便捷；</p> <p>4. 面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机的工作状态和洗胃的进展；</p> <p>5. 本机增设手动冲、吸液量平</p>	5883	5883

			<p>衡装置，可以解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；</p> <p>6. 具有“口腔档和鼻腔档”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；</p> <p>7. 造型轻巧、安全可靠、操作方便、能耗少、噪音低、可连续运行；</p> <p>8. 流量：<math>\geq 2</math> L /min（口腔插管档）；<math>\geq 1</math> L /min（鼻腔插管档）；</p> <p>9. 自控液量：冲液量（250ml~350ml）/次；吸液量（350ml~450ml）/次；（注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次）；</p> <p>10. 正、负压力设定范围：47 kPa~67 kPa；</p> <p>11. 电源：220V 50 Hz 、输入功率：110VA；</p> <p>12. 噪声：<math>\leq 65</math> dB(A)；</p>		
无影灯	1	台	<p>1. 设备主体强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每个角<math>90^\circ</math>，保证无影灯使用过程中定位精准，不发生飘移。</p> <p>2、灯头表面光滑，线条流畅，符合各种层流手术室要求。</p> <p>3、弹簧臂上下升降不低于270度，轻便灵活。</p> <p>4、操作者可根据自身对亮度适应性进行任意调节。</p> <p>5、具有调节光斑直径和调节色</p>	20313	20313

				<p>温的功能，色温<math>\geq 3</math>档可调。</p> <p>6、具有微创照明，一键切换。</p> <p>7、可卸式手柄外套，可在 <math>135^{\circ}\text{C}</math> 高温下消毒。</p> <p>8、质保<math>\geq 3</math>年，维护维保4次/年，设计使用年限<math>\geq 5</math>年。</p>		
	移动式病历架	1	个	<p>1、车体采用 ABS 模具成型；</p> <p>2、车体配有防碰撞角；</p> <p>3、台面有防滑四面围边，侧面带有扶手；</p> <p>4、车体装有中控锁定装置；</p> <p>5、存放病历夹的病历架 ABS 模具成型，内空为 235mm；有两排病例存放区，可放 50 本病历夹；</p> <p>6、有相应序号对应，且有单开门锁；</p> <p>7、柜体上侧采用两只全塑抽屉；</p> <p>8、底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活承载量大。</p>	4200	4200
	电子血压计	6	台	<p>1. 测量原理：示波法</p> <p>2. 显示方式：数字 LCD 液晶显示</p> <p>3. 测量范围：压力：<math>\geq 280\text{mmHg}</math> 脉搏数：40 次/分<math>\sim</math>180 次/分</p> <p>4. 测量精度：压力：<math>\pm 3\text{mmHg}</math> 以内，脉搏数：读数的<math>\pm 5\%</math>以内</p> <p>5. 测量功能：</p> <p>5.1 袖带佩戴自检功能</p> <p>5.2 不规则脉搏检测</p> <p>5.3 误动显示提示</p> <p>5.4 <math>\geq 60</math>组 A/B 分别记忆值</p> <p>5.5 最近三次测量平均值功能</p>	566	3397

				<p>6. 手臂周长范围：臂周长在 17~≥42cm 范围内的新型臂带</p> <p>7. 测量内容：血压（收缩压、舒张压）、脉搏数、平均值。</p> <p>8. 电源：两种供电模式，干电池与 220V 交流电源</p> <p>9. 加压：压力泵自动加压方式</p> <p>10. 减压：电磁控制阀自动快速排气方式</p> <p>11. 压力检测：静电电容式压力传感器</p>		
电子血压计	2	台	<p>1、测量方法：示波测定法。</p> <p>2、测量部位：手腕部。</p> <p>3、外形尺寸：宽 78cm*高 60cm*厚 21cm±5%。</p> <p>4、测量范围：血压值（0-299）mmHg/（0-39.9）kPa。</p> <p>脉搏数：40 次/分钟~180 次/分钟。</p> <p>5、测量误差：血压值±0.4kPa（±3mmHg）</p> <p>6、脉搏数：读取数值的±5%。</p>	355	710	
全自动糖化血红蛋白仪	1	台	<p>一、用途：糖化血红蛋白检测</p> <p>二、配置：</p> <p>1、糖化血红蛋白分析仪两台</p> <p>2、每台检测仪器配备工作站、打印输出系统、UPS 电源</p> <p>三、配置相对应的技术参数</p> <p>1、基本参数</p> <p>1.1 检测原理：高效液相色谱法。</p> <p>1.2 检测速度：单机≥50 样本/小时。</p> <p>1.3 通讯功能：可兼容东华 LIS</p>	56500	56500	

			<p>系统，双向通讯。</p> <p>2、样本装载</p> <p>2.1 支持原标本管连续进样，急诊标本可优先检测。</p> <p>2.2 可自动混匀标本。</p> <p>3、国家临检中心室间质评有独立分组且不少于 100 家。</p> <p>4、检测范围：不小于 3.1%-20%。</p> <p>5、重复性精密度：<math>CV \leq 1\%</math></p> <p>6、携带污染率：<math>\leq 2.1\%</math>。</p> <p>7、装机负责完成仪器的性能验证；使用期内免费对仪器进行维护、维修和校准。校准每年至少一次，并免费提供校准时所需的校准品、耗材并免费提供校准报告。故障时可 6 小时内现场维修。</p> <p>四、整机原厂质保：5 年</p>		
干式免疫荧光分析仪	1	台	<p>1、全自动干式荧光免疫检测系统。</p> <p>2、分析原理；荧光免疫层析法。</p> <p>3、荧光信号算法<math>\geq 10</math>种(含平均值，面积)，曲线拟合数量<math>\geq 9</math>种(含 MMF、直线、4P、5P)</p> <p>4、波长：365nm~800nm。</p> <p>5、重复性；<math>\leq 1\%</math>(荧光标准卡 T/C 大于 0.1)。</p> <p>6、通道差：<math>Bis \leq 5\%</math>。</p> <p>7、线性相关性：<math>r \geq 0.99</math>(T/C 值)。</p> <p>8、样本类型；全血、血清、血浆、尿液和/或其他液体。</p> <p>9、取样方式；穿刺，具备液面</p>	55500	55500

				<p>探测功能。</p> <p>10、样本自动摇匀，全血一次上样1架、血清可连续上样。</p> <p>11、样本管类型：2mL/5mL真空采血管、0.5mL末梢血采血管。</p> <p>12、样本容量：<math>\geq 3 \times 10</math>支，可在线添加。</p> <p>13、样本量设置范围：10uL~100uL；准确性：<math>\leq 5\%</math>@样本量10uL~50 uL、<math>\leq 2\%</math>@样本量50ul~100ul。</p> <p>14、样本条码格式：一维码。</p> <p>15、卡仓数：<math>\geq 3</math>仓，每仓<math>\geq 45</math>条。</p> <p>16、反应杯：<math>\geq</math>位，容量<math>\geq 1000</math>uL。</p> <p>17、稀释液位：<math>\geq 1</math>个；一次稀释：1-100，具备稀释液报警功能。</p> <p>18、孵育位：<math>\geq 10</math>个@卡宽16mm，孵育温度：常温。</p> <p>19、具备质控测试功能；质控管理：控制图。</p> <p>20、内置废液泵，具备废液桶液面探测功能。</p> <p>21、数据存储：超过100000个样本的硬盘储存空间。</p> <p>22、外形尺寸： 544mm(长)*583mm(宽)*510mm(高)<math>\pm 5</math> mm。</p> <p>23、负责连入LIS系统。</p> <p>24、电源：AC 200V~240V, 50Hz <math>\pm 1</math> Hz</p>		
	舌脉象、	1	台	技术参数：	61050	61050

<p>经穴、体质辨识采集分析仪 (便捷式)</p>			<p>(一)、设备正常工作条件：  1、环境温度：<math>+10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}</math>；  2、相对湿度：<math>\leq 80\%</math>；  3、大气压力：<math>700\text{hPa}\sim 1060\text{hPa}</math>。</p> <p>(二)、设备配置要求：  1、产品组成 中医脉象诊断系统，中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统，个性化养生调理系统；  2、中医脉象诊断系统：脉象标准采集；  3、中医舌面象诊断系统：舌面象自动采集；  4、中医体质辨识系统；  5、个性化养生调理系统；  6、手提式一体式仪器，可搭载自动升降台，可配备投屏显示。</p> <p>(三)、功能参数要求：  1、中医脉象诊断系统：  1.1、通过袖带式传感器进行腕部固定以进行准确的脉象定位，  1.2、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的<math>\Phi 8</math>圆形触力面；  1.3、脉象传感器灵敏度：为<math>0.5\text{mV/克力}</math>；  1.4、采样精度：16位BIT；  1.5、采样时间：<math>\geq 40</math>秒；  1.6、给出脉名判读结果。  2、中医舌面象诊断系统：  2.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，并在产品</p>		
-------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>注册证中体现，具备采集和分析功能。</p> <p>对舌 舌色、舌络、舌形、舌态、苔色、苔质；</p> <p>对面 唇色，面色，面部光泽，局部特征。</p> <p>2.2、计算机自动化操作；</p> <p>2.3、舌面象自动拍照功能。</p> <p>2.4、光照环境 采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境；</p> <p>2.5、舌面象采集装置性能 可以通过计算机程序远程控制拍摄；</p> <p>3、中医体质辨识系统：</p> <p>3.1、按照中华中医药学会标准 ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对受试者进行自动判别。</p> <p>3.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。</p> <p>4、个性化养生调理系统：</p> <p>4.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；</p> <p>4.2、所提供的个性化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议；</p> <p>4.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。</p>	
--	--	--	--	--

平板手推车	1	辆	尺寸：125*75cm，材质：冷轧钢板；8寸橡胶轮，四角具有防撞缓冲垫。承重300kg以上	555	555
被套+床单+枕套	17	套	1、依据床尺寸制作，国标规格：被套规格：1.6*2.3m；床单规格：1.5*2.3m，底部360度采用一圈松紧带设计带皮筋；枕套规格：0.50*0.75m。2、采购要求：符合《国家纺织品基本安全技术规范》含60支精梳贡缎涤棉面料。密度173/120。要求80棉20涤棉配比。耐氯漂3-4级耐水洗牢度4级。抗消毒4级，甲醛含量0mg/kg；耐洗色牢度：3级以上；耐磨色牢度：3级以上；起球：4级以上；PH值4-7.5；品质特点：舒适柔软、抗静电、抗皱、不起球、不起毛、环保、结构紧密、防透、遮光、耐磨、耐高温、无异味。根据采购单位要求印制相关文字。	201	3417
被子	25	床	1、规格：1.5m*2m（3kg重）。2、采购要求：新型抗菌材质。高温定型可以机洗抗菌羽丝绒。具有抑制革兰氏阳性菌。革兰氏阴性菌。真菌和酵母菌滋生等。具有耐高温耐消毒等持久做用。面料100%棉。密度133/100。填充物重量6斤。舒适柔软保暖透气。品质特点：抗静电、抗皱、不起球、环保、结构紧密、防透、耐高温、无异味。根据业主要求印制相关	160	4000

			文字。		
垫被	15	床	1、规格：0.9m*2m（1.5kg重）。 2、采购要求：新型抗菌材质。具有抑制革兰氏阳性菌。革兰氏阴性菌。真菌和酵母菌滋生等。具有耐高温 耐消毒等持久做用。面料100%棉。密度133/100。填充物重量3斤。舒适柔软保暖透气。品质特点：抗静电、抗皱、不起球、环保、结构紧密、防透、耐高温、无异味。根据业主要求印制相关文字。	130	1950
枕芯	15	个	纯棉 45*65	25	375
吊扇	48	台	BFC-1200-220V（对应风叶直径约1400mm/56吋）。电机类型：纯铜电机，动力强，寿命长，运行平稳低噪音。档位调节：多档风速可调，支持正反转功能（夏季降温，冬季循环空气）。材质：金属机罩，高强度复合风叶。	360	17280
电视机	1	台	4K电视 高色域电视，85寸，3840*2160分辨率，144HZ刷屏率；远场语音遥控（语音遥控）HDMI接口数量2个，内存3GB+64GB，可投屏，操作系统Android（安卓）	5994	5994
电视机	6	台	尺寸：55英寸，物理分辨率：1366*768，屏幕比例：16:9，亮度（Min/Typ）：200nit/220nit，对比度：3000:1（Typ），WiFi模块：2.4GHz WiFi，	1221	7326

				<p>CPU:Cortex-A53 双核, 64 位 X2, GPU:Mali-450 四核 x4, RAM :768MB, ROM:4GB, DTS:是, 色域:62%NTSC, 音频解码:DTS + Dolby, 屏体刷新率:60Hz, 响应速度:6.5ms, 尺寸:712.085(H) x 410.570(V) x 1.335(D), 屏色数:16.7M (8-bit), 系统:安卓 Android 6.0, 底层:Android 6.0, 机身按键:具备, 支持数字格式:1080P/1080i/720P/480P, 视频制式:PAL NTSC, 伴音功率:5W*2, 整机消耗功率:50W, 待机功耗:&lt;0.5W, 能效等级:3级, 产品外观:全面屏, 塑胶无边框, 金属背板, 小后壳. 两脚式注塑底座., 射频 1, SPDIF 输出:同轴 1, 视频输入:1, HDMI (UHD) IN:HDMI2.0*2 (一路支持 ARC), 音频输入:1, USB:USB2.0*1, 以太网口 RJ45:1, 售后服务接口 (service):1</p>		
	洗衣机	1	台	<p>全自动波轮, 洗涤容量<math>\geq</math>10kg, 脱水容量<math>\geq</math>10kg, 电源:220w/50 Hz, 功率<math>\geq</math>1KW, 脱水转速 1200 转/分, 直驱变频电机, 一级能效, 抗菌除螨, 箱体钢板材质, 内胆加厚不锈钢材料, 洗涤噪音 60dB,</p>	1665	1665
	饮水机	4	台	<p>立式饮水机上置式聚能环热<math>&gt;</math>90° , 容量 0.6L; 电子制冷<math>&lt;</math>15° , 容量 0.5L, (双温控技</p>	380	1520

				术、智能防干烧、缺水提醒)		
电热水器	6	台	400*400*825mm, 60L, 功率2500W, 防水材质, 热水输出率80%, 能效等级一级, 设置温度范围 30-75℃		1331	7986
<p>预算总金额：人民币肆拾肆万捌仟玖佰叁拾圆整（¥448930.00）</p> <p>注：本项目采购国内货物，不允许提供进口产品参与采购活动。</p>						

合同履行期限：在中标通知书发出之日起十日内与采购人签订合同，合同签订后 60 日内完成交货，包括安装调试及人员培训。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件：

1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

3) 通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2、采购项目落实的政府采购政策：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

2.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书。

3、本项目的特定资格要求：（1）所投二、三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品须具有产品备案登记凭证；（2）在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品须具有医疗器械生产备案凭证；（3）经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

### 三、获取采购文件：

时间：2026年06月24日-2026年06月29日，每天上午00:00至12:00，下午13:00至23:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过CA数字证书在江西省公共资源交易网后台（网址：<https://www.jxsggzy.cn/>）下载。（报名并同时下载响应文件）

方式：网上确认并下载电子化询价通知书。（未在规定时间内下载电子化询价通知书的响应供应商视为报名不成功）

售价：0元

#### 四、响应文件提交:

截止时间: 2026年07月10日09点00分(北京时间)

地点: 必须在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至江西省公共资源交易网(网址: <https://www.jxsggzy.cn/>), 逾期作无效响应处理。

#### 五、开启

时间: 2026年07月10日09点00分(北京时间)

地点: 赣州市南康区公共资源交易中心, 本项目采用“不见面开标”系统开标, 响应供应商不需要到场参加开标会, 现场环节(包括但不限于现场签到、现场解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作, 现场签到环节改为网上签到, 响应供应商须在规定时间内登录江西省公共资源交易系统不见面开标大厅进行网上签到, 未按时网上签到视为自动放弃投标; 具体操作详见“江西省公共资源交易网-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”, 如有疑问请联系新点工作人员(400-998-0000 江苏国泰新点公司)。

六、公告期限: 自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜:

1、潜在供应商必须在江西省公共资源交易网(网址: <https://www.jxsggzy.cn/>)注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。如有疑问请联系新点软件(0512-58188507江苏国泰新点公司)。

2、潜在供应商未使用CA数字证书在江西省公共资源交易系统下载采购文件的, 视为未报名, 不得参加本项目的采购活动。

3、本项目采用“不见面开标”系统开标，响应供应商无需现场参加开标会，现场环节(包括但不限于现场签到、响应文件解密、开标唱标等)全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，响应供应商须在规定时间内进行网上签到，未按时网上签到视为自动放弃投标；具体操作详见“江西省公共资源交易网-帮助中心-赣州市公共资源交易中心不见面开标系统建设项目-投标人操作手册(政府采购)”。

4、响应文件解密：按规定完成系统签到的响应供应商自行对本单位的响应文件进行解密，在政府采购代理机构宣布开始解锁后 20 分钟内必须完成解密。在规定的解锁时间结束后响应供应商未解锁的，作放弃响应处理，系统将其响应文件退回。

5、本项目是否采用远程异地评标：否

6、投标人对开标过程和开标记录有异议，可在本项目不见面开标大厅在线提出询问。

7、本项目将向成交供应商收取招标代理服务费，具体缴纳方式及收费标准详见电子化询价通知书。

8、温馨提示：中标（成交）供应商有融资需求的，可享受“政采贷”政策，通过线上申请融资服务（详见招标文件）。

9、监管单位信息：名称：全南县财政局政府采购监管股，地址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股，电话：0797-2608927，邮箱：2981068748@qq.com。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息：

名 称：全南县陂头镇中心卫生院

地 址：全南县陂头镇星光路 42 号

联系人：曾先生

联系电话：13870720465

### 2、监管单位信息：

名称：全南县财政局政府采购监管股

地址：全南县金龙大道 27 号四楼政府采购监管股

电话：0797-2608927

邮箱：2981068748@qq.com

### 3、采购代理机构信息：

名 称：赣州天中招标代理有限公司

地 址：全南县站前路国际商贸城锦绣豪庭 A 栋 202

邮 箱：GZTZ2018QN@163.com

开户行：江西全南农村商业银行股份有限公司江畔湾支行

户 名：赣州天中招标代理有限公司

账 号：141079279000057272

### 3、项目联系方式：

项目联系人：郭先生

电 话：0797-2668323